

Instructions for use



CTi[®] Custom




Life Without Limitations[®]



	5
ⓔⓃ	Instructions for use	7
ⓓⓔ	Gebrauchsanweisung	11
ⓕⓚ	Notice d'utilisation	15
ⓔⓢ	Instrucciones para el uso	19
ⓔⓓ	Istruzioni per l'uso	23
Ⓝⓞ	Bruksanvisning	27
ⓓⓐ	Brugsanvisning	31
ⓢⓞ	Bruksanvisning	35
ⓕⓓ	Käyttöohjeet	39
Ⓝⓓ	Gebruiksaanwijzing	43
ⓓⓤ	Instruções de Utilização	47
ⓙⓐ	取扱説明書.....	51

1





LIST OF PARTS

1. Buckle
2. Top Strap
3. Upper Cruciate Strap
4. Lower Cruciate Strap
5. Bottom Strap
6. Lower Lateral Arm
7. Lateral Tibial Flare
8. Condylar Pad

INDICATION FOR USE:

Anterior Cruciate Ligament instability, posterior cruciate ligament instability, medial collateral ligament injury, lateral collateral ligament injury.

Low, medium and high contact/impact activities.

WARNING

This Knee Brace is a supportive brace only and is not intended or guaranteed to prevent knee injury. Purchaser agrees to the following:

1. Össur accepts no responsibility for any injury which might occur while using Össur knee bracing products.
2. With use of this type of device, it is possible to receive various types of skin irritation, including rashes and pressure points. If you experience any unusual reactions while using this product, consult your health care provider immediately.
3. If you have any questions as to how this knee brace applies to your own specific knee condition, consult your health care provider. If you do not agree to the above conditions, contact your brace provider before using this product.

BRACE APPLICATION

1. Unfasten all straps from the outer side of the brace.
2. With the knee bent in approximately 90 degrees, place the brace over your knee such that the patella is centered between the condyle pads (**Figure 2**).

NOTE: This places the hinge slightly above the joint line so the brace can properly seat itself when you stand (**Figure. 3**).

3. Beginning with the strap just below the knee (lower cruciate strap), fasten the strap snugly above the calf muscle as this will aid in the brace suspension (**Figure. 4**).
4. Next, snugly fasten the bottom strap by inserting it through the D-ring.
5. Continue with the strap just above the knee (upper cruciate strap), followed by the top strap. Snugly fasten both straps.

Note: Over-tightening the two top straps can cause the brace to **migrate**.

WARNING: If brace causes discomfort or irritation, discontinue use immediately and contact your health care provider.

BRACE MAINTENANCE

The CTi brace is designed for minimum maintenance and care. Follow these easy maintenance steps to keep your brace in good condition.

Cleaning

- Liners, straps and pads may be removed for cleaning.
- Do NOT machine wash

- Do NOT place in dryer
- Hand-wash using mild non-detergent soap
- Rinse thoroughly
- Air-dry,

If migration occurs, clean silicone liners with an alcohol wipe or damp cloth. If brace is used in salt water or chlorinated water, rinse well and air dry.

Hinge maintenance

- Do NOT disassemble the hinge yourself
- Check regularly for foreign materials in hinge (i.e. dirt or grass)
- Clean dirt from hinge using water or compressed air
- Lubricate with silicone spray or dry graphite if needed

ACCESSORIES

The following accessories are available for your CTi brace at an additional charge. To order call your Össur Customer Service Department.

- Patellar cup – Knee cap protection, especially for motocross, mountain biking or work that requires kneeling.
- Flexion stop kit – Stops can be set from 0°–90°
- Anti migration wrap
- PCL Kit - to counteract against posterior subluxation of the tibia
- Motorcross kit – Includes patellar cup, gear guards, undersleeve and stickers

SETTING UP THE PCL SUPPORT SYSTEM

The PCL kit is designed to counteract against a posterior subluxation of the tibia. The thigh plate and strap apply a posterior force against the anterior thigh, while the lower straps and calf plate apply an anterior force to the tibia. To place the PCL system in the correct position on the leg:

1. Apply the brace as described earlier with the anterior thigh plate and straps loose.
2. Attach PCL cuff to the lower straps and center over the calf muscle. Tighten straps so that the cuff fits comfortably but snugly against the back of the leg.
3. Tighten anterior thigh strap with the leg in full extension so that the plate and pad are comfortably snug.

ACL CABLE SYSTEM (ANTERIOR CRUCIATE SUPPORT)

The ACL Cable System is intended to give additional support to the ACL deficient/lax knee.

1. Apply the CTi Brace according to the standard procedure. The four straps should be fastened, but the secondary cable strap should still be loose.
2. Once the brace is firmly in place, pass the cable strap through the smaller buckle.
3. Tighten the cable strap to place the desired amount of pressure on your tibia.

REFURBISHING

From time to time, your CTi should be sent to Össur for refurbishing. The frequency of this will depend on how often the brace is worn and for what activities. Your brace supplier should help you to determine when your brace needs to be sent in for service, but once a year is a good rule of thumb.

As part of the refurbishment process, Össur will check your brace for signs of wear, repaint it, and rebuild it with all new components,

including rivets, buckles, straps and padding. There is a usual turnaround time of three to five working days. Please contact the local Customer Service Department before sending the brace back for refurbishment.

FIT ADJUSTMENTS

Widening or narrowing fit at knee joint:

The CTi brace can be adjusted for individual knee width. To widen or narrow the width at the knee, the 6 mm (1/4") padding located under each cover can be removed and replaced with thinner pads [3 mm ("1/8") or 1,5 mm ("1/16")] or you can install a shim behind the 6 mm (1/4") pad to make the fit more snug. Any combination of pads can be used to achieve a more comfortable fit.

Adjusting fit at the tibial horseshoe:

Tibial wedge pads can be installed to fill in any gaps around the tibia (**Figure. 5**) and achieve the desired fit. To add a wedge pad, pull back the silicone liner and place the proper wedge pad (medial or lateral) on top of the hook-and-loop fastener to which the silicone liner was originally fastened (**Figure. 6**). Press the silicone liner back into place on top of the wedge pad. Fine tune the padding until your CTi brace fits snugly against the tibia (**Figure. 7**).

CHANGING EXTENSION STOPS

Extension stops are available for varying degrees of extension control.

1. Remove the cover and pad from the condylar area.
2. Using a short Philips head screwdriver, remove the screw in the center of the hinge plate (**Figure. 8**).
3. Locate the extension stop positioned in the hinge between the upper and lower arms of the brace. With brace slightly bent, push the extension stop from the back of the brace through to the front. This should cause the stop to pop out of the hinge (**Figure. 9**).
4. From the bag of extension stops included with the brace, choose the stop which corresponds to the desired degree of extension. Feed the hole end of the stop through the hinge from the front to the back of the brace, with the curved side facing down and the flat edge facing up. Make sure that the sharp extrusions on the flat end of the extension stop are pointed toward the distal portion (bottom half) of the brace (**Figure. 9**). The flat end of the stop should be visible from the front of the brace.
5. Align the hole in the center of the hinge plate with the hole in the extension stop. Replace and tighten the screw through the hinge plate and extension stop. Replace the pad and cover. This procedure must be completed on both the medial and lateral hinges.
6. Choose the appropriate extension stop (Blue = 0°, Black = 0–10°, Dark Gray = 10–20°, Medium Gray = 20–30°, Light Gray = 30–40°)*

* These numbers are approximate. Actual extension stop will vary from person to person depending on anatomical differences. Appropriate extension stop size is normally determined by health care provider.

LIMITED WARRANTY

This warranty covers all defects in materials and workmanship of your new CTi Knee Brace. This Warranty covers the rigid carbon fiber brace frame and Accutrac™ hinges for the lifetime of the patient that the brace was originally built for. The warranty covers all other materials, including straps, sleeves, liners and pads for six months from the date of original purchase.

Össur will repair or replace (at its option) any defective part covered

under warranty at no charge. Repairs necessitated by accident, negligence, misuse or abuse by the purchaser are not covered. Also, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty. These limitations may not apply as some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Only the original purchaser is entitled to claim service under this warranty. With the brace you get a one year fit guarantee.

To obtain service under this warranty call our Customer Service Department.

TEILELISTE

1. Schnalle
2. Oberer äußerer Gurt
3. Oberer Kreuzband-Gurt
4. Unterer Kreuzband-Gurt
5. Unterer äußerer Gurt
6. Unterer lateraler Arm
7. Laterale Tibia-Aufweitung
8. Kondylenpolster

Die Kniegelenkorthese CTi hat sich seit mehr als 20 Jahren als patientengerechte Orthese bewährt. Sie wurde jetzt um zahlreiche neue Merkmale erweitert, zum Beispiel um eine herstellereigene Sensil® Polsterung, die ein Rutschen und Scheuern verhindert, um eine flexible medialen Unterschale zum Schutz gegen Rotationskräfte und um eine hautfreundliche SensEdge Schutzabdeckung zur Vermeidung von Druckstellen. Schauen Sie sich an, warum die CTi Kniegelenkorthese von Spitzenathleten getragen und von führenden Ärzten auf der ganzen Welt empfohlen wird.

INDIKATIONEN

- Rotations- und kombinierte Instabilitäten der vorderen und hinteren Kreuzbänder sowie der Innen- und Außenbänder (Hauptbänder)
- Alle Mobilitätsgrade

MODELLE

Pro Sport: Hohe Beanspruchung

Standard: Mittlere bis hohe Beanspruchung

Vapor: Geringe bis mittlere Beanspruchung

WARNHINWEIS

Diese Knieorthese dient nur zur Unterstützung. Ihr Zweck ist nicht, Knieverletzungen zu vermeiden, was auch nicht garantiert werden kann. Der Käufer erklärt sich mit Folgendem einverstanden:

1. Össur übernimmt keine Haftung für eventuelle Verletzungen, die bei der Verwendung von Knieorthesenprodukten von Össur auftreten können.
2. Bei Verwendung dieses Gerätetyps können verschiedene Arten von Hautirritationen auftreten, u. a. Ausschläge und Druckstellen. Wenn Sie bei Verwendung dieses Produkts ungewöhnliche Reaktionen feststellen, konsultieren Sie umgehend Ihren Arzt.
3. Wenn Sie Fragen haben, inwiefern diese Knieorthese bei Ihrem speziellen Knieproblem angewendet werden kann, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie den obigen Bedingungen nicht zustimmen, wenden Sie sich an Ihren Orthesen-Händler vor Ort, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

ANBRINGEN DER ORTHESE

1. Lösen Sie alle Gurte von der Außenseite der Orthese.
2. Beim Anbringen muss das Knie etwa 90° angewinkelt sein. Legen Sie die Orthese über Ihr Knie, so dass die Kniescheibe mittig zwischen den Kondylenpolstern liegt (**Abb. 2**).

HINWEIS: Dadurch wird das Scharnier geringfügig über der Gelenklinie platziert, so dass die Orthese sich ordnungsgemäß platzieren kann, wenn Sie stehen (**Abb. 3**).

3. Beginnen Sie beim Befestigen des Gurts direkt unter dem Knie (unterer Kreuzbandgurt). Befestigen Sie den Gurt eng anliegend über

dem Wadenmuskel, da dies die Orthesenaufhängung unterstützt (Abb. 4).

4. Befestigen Sie als Nächstes den unteren äußeren Gurt eng anliegend, indem Sie ihn durch den D-Ring ziehen.
5. Setzen Sie den Befestigungsvorgang mit dem direkt über dem Knie befindlichen Gurt (oberer Kreuzbandgurt), gefolgt vom oberen äußeren Gurt fort. Befestigen Sie beide Gurte eng anliegend.

HINWEIS: Wenn die beiden oberen äußeren Gurte zu sehr angezogen werden, kann dies dazu führen, dass die Orthese verrutscht.

ACHTUNG: Wenn sich die Orthese unbequem anfühlt oder zu Irritationen führt, tragen Sie sie nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

WARTUNG DER ORTHESE

Die Orthese CTi benötigt nur wenig Wartung und Pflege. Wenn Sie sich an die folgenden Pflegehinweise halten, bleibt Ihre Orthese für lange Zeit in einem guten Zustand.

Reinigung

- Bezüge, Gurte und Polster lassen sich zum Reinigen abnehmen.
- NICHT waschmaschinenfest.
- NICHT trocknergeeignet.
- Mit 30°C warmem Wasser und einem milden Waschmittel per Hand waschen.
- Gründlich ausspülen.
- An der Luft trocknen lassen.

Bei Migration die Silikon-Bezüge mit einem in Alkohol getränkten Tupfer oder einem feuchten Tuch reinigen.

Bei Verwendung der Orthese in Salz- oder Chlorwasser diese gut abspülen und an der Luft trocknen lassen.

Wartung des Scharniers

- Versuchen Sie NICHT, das Scharnier zu zerlegen.
- Das Scharnier regelmäßig auf Fremdkörper überprüfen (z. B. Schmutz oder Gras).
- Das Scharnier mit Wasser oder Druckluft reinigen.
- Bei Bedarf mit Silikonspray oder Graphitpulver schmieren.

ZUBEHÖR

Das folgende Zubehör kann für die Orthese CTi käuflich erworben werden. Wenden Sie sich an den Össur Kundendienst, um Ihre Bestellung aufzugeben.

- Kniescheibenschale - ein Schutz für die Kniescheibe, insbesondere für den Motocross-Sport, Mountainbike-Sport oder für Arbeiten, bei denen man knien muss.
- Flexionsbegrenzungs-Kit - die Begrenzung kann zwischen 0° und 90° eingestellt werden.
- Anti-Migrations-Gurt
- PCL-Kit - Maßnahme gegen posteriore Subluxation des Schienbeins
- Motocross-Kit - enthält Kniescheibenschale, Ausrüstungsschutz, Untermanschette und Sticker

EINRICHTEN DES PCL-UNTERSTÜTZUNGSSYSTEMS

Das PCL-Kit soll einer posterioren Subluxation des Schienbeins entgegenwirken. Die Oberschenkelplatte und der Gurt wenden eine hintere Kraft auf den vorderen Oberschenkel an. Die unteren Gurte und

die Wadenplatte wirken kräftemäßig von vorn auf das Schienbein. So platzieren Sie das PCL-System an der richtigen Position am Bein:

1. Bringen Sie die Orthese wie oben beschrieben an. Dabei müssen vordere Oberschenkelplatte und Gurte gelöst sein.
2. Bringen Sie die PCL-Manschette an den unteren Gurten an, und zentrieren Sie sie über dem Wadenmuskel. Ziehen Sie die Gurte so straff an, dass sich die Manschette bequem anfühlt, aber dennoch hinten am Bein eng anliegt.
3. Ziehen Sie den vorderen Oberschenkelgurt bei voll gestrecktem Bein fest an, so dass die Platte und das Polster bequem sitzen und eng anliegen.

ACL-KABELSYSTEM (UNTERSTÜTZUNG DES VORDEREN KREUZBANDES)

Das ACL-Kabelsystem soll zusätzlichen Halt für ein ACL-defizientes/schlaffes Knie geben.

1. Bringen Sie die Orthese CTi gemäß Standardverfahren an. Die vier Gurte müssen angezogen werden, der sekundäre Kabelgurt muss jedoch noch lose bleiben.
2. Sobald die Orthese fest angebracht wurde, führen Sie den Kabelgurt durch die kleinere Schnalle.
3. Ziehen Sie den Kabelgurt fest, um den gewünschten Druck auf Ihr Schienbein auszuüben.

ERNEUERUNG

Von Zeit zu Zeit muss Ihre CTi zur Erneuerung an Össur gesendet werden. Wie häufig dies erforderlich ist, hängt davon ab, wie oft und für welche Aktivitäten die Orthese getragen wird. Ihr Orthesen-Händler kann Sie beraten, wann Ihre Orthese zur Erneuerung eingeschickt werden muss; als Faustregel gilt einmal pro Jahr.

Der Erneuerungsprozess umfasst Folgendes: Össur überprüft Ihre Orthese auf Anzeichen von Abnutzung, lackiert sie neu und setzt sie mit neuen Bauteilen (u. a. Nieten, Schnallen, Gurte und Polster) zusammen. Die übliche Fertigstellungszeit beträgt drei bis fünf Werktage. Wenden Sie sich zuerst an Ihren Össur-Kundendienst vor Ort, bevor Sie die Orthese zwecks Erneuerung einsenden.

FEINANPASSUNGEN

Erweitern oder Einengen der Passform am Kniegelenk:

Die Orthese CTi kann auf die individuelle Kniebreite eingestellt werden. Um die Breite am Knie zu vergrößern oder zu verkleinern, kann die unter den Kappen befindliche Polsterung von 6 mm (1/4") entfernt und durch dünnere Polster (3 mm [1/8"] oder 1,5 mm [1/16"]) ersetzt werden. Sie können auch eine Anpassunterlage hinter das 6 mm (1/4")-Polster stecken, damit die Passform enger wird. Es kann auch eine beliebige Kombination von Polstern verwendet werden, um eine angenehmere Passform zu erzielen.

Anpassung am Tibia-Hufeisen:

Keilförmige Schienbein-Polster können angebracht werden, um eventuelle Lücken am Schienbein zu füllen (**Abb. 5**) und so die gewünschte Passform zu erreichen. Um ein keilförmiges Polster einzusetzen, ziehen Sie den Silikon-Bezug zurück und setzen ein geeignetes Polster (medial oder lateral) auf den Klettverschluss, an dem der Silikon-Bezug ursprünglich befestigt war (**Abb. 6**). Drücken Sie den Silikon-Bezug wieder auf seinen Platz auf dem keilförmigen Polster. Nehmen Sie eine Feineinstellung der Polsterung vor, bis Ihre Orthese CTi eng am Schienbein anliegt (**Abb. 7**).

WECHSELN VON EXTENSIONSBEGRENZERN

Extensionsbegrenzer sind für verschiedene Stufen der Extensionskontrolle erhältlich.

1. Nehmen Sie die Kappe und das Polster von der kondylären Fläche ab.
2. Drehen Sie mit einem kurzen Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube in der Mitte der Scharnierplatte heraus (**Abb. 8**).
3. Suchen Sie den Extensionsbegrenzer, der im Scharnier zwischen dem oberen und unteren Arm der Orthese positioniert ist. Drücken Sie bei geringfügig gebogener Orthese den Extensionsbegrenzer von der Rückseite der Orthese bis zur Vorderseite durch. Dadurch sollte der Extensionsbegrenzer aus dem Scharnier herausgleiten (**Abb. 9**).
4. Wählen Sie aus der der Orthese beiliegenden Packung mit den Extensionsbegrenzern denjenigen Begrenzer aus, der mit dem gewünschten Begrenzungsgrad übereinstimmt. Führen Sie das Ende des Begrenzers mit der Aussparung durch das Scharnier von der Vorder- zur Rückseite der Orthese. Dabei müssen die gebogene Seite nach unten und der flache Rand nach oben weisen. Stellen Sie sicher, dass die spitzen Extrusionen am flachen Ende des Extensionsbegrenzers zum distalen Teil (untere Hälfte) der Orthese zeigen (**Abb. 9**). Das flache Ende des Begrenzers muss von der Vorderseite der Orthese sichtbar sein.
5. Richten Sie die Aussparung in der Mitte der Scharnierplatte an der Aussparung des Extensionsbegrenzers aus. Setzen Sie die Schraube wieder durch die Scharnierplatte und den Extensionsbegrenzer ein, und ziehen Sie sie fest. Bringen Sie Polster und Kappe wieder an. Dieses Verfahren muss am medialen und lateralen Scharnier durchgeführt werden.
6. Wählen Sie den geeigneten Extensionsbegrenzer (Blau = 0°, Schwarz = 0–10°, Dunkelgrau = 10–20°, Mittelgrau = 20–30°, Hellgrau = 30–40°)*

* Diese Zahlen geben Annäherungswerte an. Die tatsächliche Extensionsbegrenzung ist vom Körperbau der jeweiligen Person abhängig. Die passende Größe für die Extensionsbegrenzung wird normalerweise vom Arzt festgelegt.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler Ihrer neuen Knieorthese CTi ab. Sie gilt für den festen Kohlenstofffaser-Orthesenrahmen und die Accutrac™-Scharniere auf Lebenszeit des Patienten, für den die Orthese ursprünglich angefertigt wurde. Die Garantie wird auch für sechs Monate ab Kaufdatum für alle anderen Materialien gewährt. Dazu gehören Gurte, Manschetten, Bezüge und Polster. Össur repariert kostenlos alle unter die Garantie fallenden fehlerhaften Teile oder tauscht sie im eigenen Ermessen kostenlos aus. Die vorstehende Garantie findet keine Anwendung, wenn das Produkt versehentlich, fahrlässig, falsch oder missbräuchlich benutzt wurde. Darüber hinaus werden keine Folgeschäden und Nebenschäden von dieser Garantie abgedeckt.

Diese Einschränkungen treffen eventuell nicht zu, da einige Staaten den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- und Folgeschäden nicht zulassen. Nur der Originalkäufer ist berechtigt, die in dieser Garantie genannten Leistungen geltend zu machen. Zusammen mit der Orthese erhalten Sie eine einjährige Passformgarantie.

Um die Leistungen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, rufen Sie unseren Kundendienst an.

LISTE DES PIÈCES

1. Boucle
2. Sangle supérieure
3. Sangle transversale supérieure
4. Sangle transversale inférieure
5. Sangle du bas
6. Bras latéral inférieur
7. Evasement tibial latéral
8. Coussinet condylien

CONSEILS D'UTILISATION :

Instabilité du ligament croisé antérieur, instabilité du ligament croisé postérieur, blessure du ligament latéral interne, blessure du ligament latéral externe. Activités entraînant un contact/impact léger, modéré et intense.

AVERTISSEMENT

Cette orthèse de genou est une orthèse de soutien et n'est ni conçue ni garantie pour éviter les lésions du genou. L'acheteur accepte les points suivants :

1. Össur ne saurait être tenu pour responsable des lésions survenant pendant le port d'une orthèse de genou Össur.
2. L'utilisation de ce genre d'appareil peut entraîner différents types d'irritations cutanées telles que des érythèmes et des points de compression. Si des réactions inhabituelles surviennent pendant l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin traitant.
3. Pour toute question concernant l'adaptation de cette orthèse à votre problème de genou, consultez votre médecin traitant.
Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions ci-dessus, contactez votre prothésiste avant d'utiliser ce produit.

POSE DE L'ORTHÈSE

1. Détacher toutes les sangles du côté extérieur de l'orthèse.
2. Avec le genou plié à environ 90 degrés, placez l'orthèse sur votre genou de sorte que la rotule soit centrée entre les coussinets condyliens (III. 2).

REMARQUE: De cette façon, la charnière est placée légèrement au-dessus de la ligne d'articulation, permettant ainsi à l'orthèse de bien se positionner lorsque vous vous levez (III. 3).

3. En commençant par la sangle située juste au-dessous du genou (sangle transversale inférieure), serrez-la confortablement audessus du muscle du mollet, sachant que c'est elle qui assurera la suspension de l'orthèse (III. 4).
4. Serrez ensuite confortablement la sangle du bas en l'introduisant dans l'anneau en D.
5. Passez ensuite à la sangle située juste au-dessus du genou (sangle transversale supérieure), puis à la sangle supérieure.
Serrez confortablement les deux sangles.

REMARQUE: si les deux sangles supérieures sont trop serrées, l'orthèse risque de se déplacer.

AVERTISSEMENT: si l'orthèse est source d'inconfort ou d'irritation, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez votre médecin traitant.

ENTRETIEN DE L'ORTHÈSE

L'orthèse CTi est conçue pour ne nécessiter qu'un minimum d'entretien et de soin. Observer les quelques conseils d'entretien suivants afin de conserver votre orthèse en bon état.

Nettoyage

- Les garnissages, sangles et coussinets peuvent être retirés pour le nettoyage
- NE PAS laver en machine
- NE PAS sécher au sèche-linge
- Laver à la main avec un savon doux non détergent
- Rincer soigneusement
- Laisser sécher à l'air

En cas de déplacement, nettoyer les garnissages en silicone en les essuyant à l'alcool ou à l'aide d'un chiffon humide.

Si l'orthèse est utilisée dans de l'eau salée ou de l'eau chlorée, rincer abondamment et laisser sécher à l'air.

Entretien de l'articulation

- NE PAS démonter l'articulation soi-même
- Vérifier régulièrement qu'aucun corps étranger ne s'est glissé dans l'articulation (terre ou herbe)
- Nettoyer régulièrement l'articulation à l'eau ou à l'air comprimé
- Si nécessaire, lubrifier à l'aide de silicone en aérosol ou de graisse de graphite sèche

ACCESSOIRES

En supplément, les accessoires suivants peuvent équiper votre orthèse CTi. Pour toute commande, veuillez appeler votre Service Clientèle Össur.

- Coquille patellaire - Protection de la rotule, particulièrement conseillée pour le MotoCross, le VTT ou les activités pratiquées à genoux.
- Kit de butée de flexion - La butée peut être réglée de 0 à 90°.
- Sangle anti-déplacement.
- Kit PCL - Préviens la subluxation postérieure du tibia.
- Kit MotoCross - Comprend une coquille patellaire, des carters d'engrenages, un sousmanchon et des autocollants.

RÉGLAGE DU SYSTÈME DE SOUTIEN PCL

Le PCL permet de contrecarrer la subluxation postérieure du tibia. La plaque et la sangle de la cuisse exercent une force postérieure sur le dessus de la cuisse, tandis que les sangles inférieures et la plaque du mollet exercent une force antérieure sur le tibia. Pour bien positionner le système PCL sur votre jambe :

1. Installez votre orthèse comme décrit précédemment sans serrer la plaque antérieure et la sangle de la cuisse.
2. Fixez l'embrace PCL sur les sangles inférieures et centrez sur le muscle du mollet. Serrez les sangles pour que l'embrace épouse confortablement l'arrière de la jambe.
3. Serrez la sangle de cuisse antérieure en étirant complètement votre jambe de sorte que la plaque et le coussinet soient confortablement positionnés.

SYSTÈME DE CÂBLE ACL (MAINTIEN CROISÉ ANTÉRIEUR)

Le système de câble ACL est destiné à apporter un soutien supplémentaire au genou présentant une insuffisance/distension des ligaments croisés antérieurs.

1. Installez votre orthèse CTi conformément à la procédure normale. Serrez les quatre angles excepté la sangle secondaire du câble.
2. Une fois l'orthèse bien en place, passez la sangle du câble dans la plus petite boucle.
3. Serrez la sangle du câble pour exercer la pression souhaitée sur le tibia.

REMISE À NEUF

Votre orthèse CTi doit régulièrement être renvoyée à Össur pour une remise à neuf. La fréquence de cette remise à neuf dépend de l'utilisation que vous faites de votre orthèse et des activités que vous pratiquez. Votre prothésiste vous indiquera à quel moment renvoyer votre orthèse pour son entretien. En règle générale, il convient d'effectuer cette opération une fois par an.

Au cours du processus de remise à neuf, Össur vérifiera que votre orthèse ne présente pas de marques d'usure, elle sera repeinte et munie de composants entièrement neufs (rivets, boucles, sangles et coussinets). Le délai d'exécution de ce traitement varie de trois à cinq jours ouvrés. Veuillez contacter votre Service Clientèle local avant tout renvoi de votre orthèse pour remise à neuf.

RÉGLAGES

Élargissement ou rétrécissement du réglage de l'articulation du genou:

L'orthèse CTi peut être réglée selon le gabarit de chaque genou. Pour élargir ou rétrécir la largeur au niveau du genou, le coussinet de 6 mm situé sous chaque cache peut être retiré et remplacé par des coussinets plus fins de 3 ou 1,5 mm ; une cale peut également être placée sous le coussinet de 6 mm pour que le réglage soit plus confortable. Tous les coussinets peuvent être combinés de façon à obtenir un réglage plus confortable.

Ajustement du « fer à cheval » tibial:

Des cales rembourrées peuvent être insérées autour du tibia pour combler les vides (III. 5) et obtenir un réglage adéquat. Pour ajouter une cale rembourrée, retirez la garniture en silicone et placez une cale adéquate (interne ou latérale) sur la bande velcro où était préalablement fixée la garniture en silicone (III. 6). Remettez en place la garniture en silicone sur la cale rembourrée. Réglez les coussinets jusqu'à ce que l'orthèse CTi épouse parfaitement le tibia (III. 7).

REMPACEMENT DES BUTÉES D'EXTENSION

Les butées d'extension permettent de modifier le degré de contrôle de l'extension.

1. Retirez le cache et le coussinet de la zone condylienne.
2. A l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez la vis au centre de la plaque d'articulation (III. 8).
3. Localisez la butée d'extension placée dans l'articulation entre les bras supérieur et inférieur de l'orthèse. Pliez légèrement votre orthèse puis poussez la butée d'extension de l'arrière vers l'avant de l'orthèse. La butée de l'articulation doit alors sortir (III. 9).
4. Parmi les butées d'extension livrées avec votre orthèse, choisissez celle qui correspond au degré d'extension souhaité. Insérez l'extrémité de la butée présentant un orifice dans l'articulation en allant de l'avant vers l'arrière de l'orthèse, côté courbe tourné vers le bas et côté plat vers le haut. Veillez à ce que les extrusions pointues de l'extrémité plate de la butée d'extension soient tournées vers la partie distale (moitié inférieure) de l'orthèse (III. 9). Le bout plat de la butée doit être visible de l'avant de l'orthèse.
5. Alignez l'orifice au centre de la plaque de l'articulation sur l'orifice de la butée d'extension. Remettez les vis en place et serrez-les dans

la plaque d'articulation et la butée d'extension. Remettez en place le coussinet et le cache. Cette opération doit être effectuée à la fois sur les articulations interne et latérale.

6. Choisissez la butée d'extension adéquate (Bleue = 0°, Noire = 0-10°, Gris foncé = 10-20°, Gris moyen = 20-30°, Gris clair = 30-40°)*

* Ces valeurs sont approximatives. Le choix de la butée d'extension variera en fonction de la personne et des différences anatomiques. La taille adéquate de la butée d'extension est normalement déterminée par le médecin traitant.

LIMITE DE LA GARANTIE

Cette garantie couvre tous les défauts des pièces et de main d'oeuvre de votre nouvelle orthèse de genou CTi. La présente garantie couvre à vie le châssis en fibre de carbone rigide et les articulations Accutrac™ du patient pour lequel l'orthèse à initialement été fabriquée.

La garantie couvre toutes les autres pièces, y compris les sangles, manchons, garnitures et coussinets pendant une durée de 6 mois à partir de la date initiale d'achat.

Össur répare ou remplace sans frais (selon l'option) toute pièce défectueuse sous garantie. Ne sont pas couvertes les réparations résultant d'un accident, d'une négligence, d'une utilisation inadéquate ou abusive de la part de l'acheteur. De même, les dommages accessoires et indirects ne sont pas couverts par la présente garantie. Certains états n'autorisant pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires et indirects, ces limites peuvent ne pas être applicables. Seul l'acheteur d'origine est autorisé à réclamer un entretien dans le cadre de cette garantie. L'orthèse s'accompagne d'une garantie de réglage d'un an.

Pour obtenir un entretien dans le cadre de la présente garantie, veuillez appeler le Service Clientèle.

LISTA DE PIEZAS

1. Hebilla
2. Cinta superior
3. Cinta medio-superior cruzada
4. Cinta medio-inferior cruzada
5. Cinta inferior
6. Brazo lateral inferior
7. Cubierta tibial lateral
8. Almohadilla condilar

INDICACIONES DE USO:

Inestabilidad del ligamento cruzado anterior, inestabilidad del ligamento cruzado posterior, lesión del ligamento colateral medio, lesión del ligamento colateral lateral.

Actividades de bajo, medio y alto impacto.

ADVERTENCIA

Esta ortesis de rodilla está diseñada exclusivamente como ortesis de soporte y su diseño no garantiza la prevención de lesiones de rodilla. El comprador acepta lo siguiente:

1. Össur no acepta responsabilidad alguna ante cualquier lesión que pueda producirse durante el uso de productos de ortesis de rodilla Össur.
2. Con el uso de este tipo de dispositivos, es posible sufrir diversos tipos de irritación cutánea, como urticarias y puntos sensibles a la presión. Si sufre cualquier reacción inusual al utilizar este producto, póngase en contacto de inmediato con un profesional sanitario.
3. Si tiene dudas acerca de si esta ortesis de rodilla puede aplicarse a su afección de rodilla específica, consulte con un profesional sanitario.

Si no está de acuerdo con las condiciones anteriores, póngase en contacto con el proveedor de su ortesis antes de utilizar este producto.

APLICACIÓN DE LA ORTESIS

1. Desabroche todas las cintas de la parte exterior de la ortesis.
2. Con la rodilla doblada a unos 90 grados, coloque la ortesis sobre su rodilla de forma que la rótula se encuentre centrada entre las almohadillas condilares (**Imagen 2**).
NOTA: de este modo se coloca la bisagra ligeramente por encima de la línea articular, de forma que la ortesis pueda asentarse correctamente cuando se levante (**Imagen 3**).
3. Comenzando por la cinta situada justo debajo de la rodilla (cinta cruzada medio-inferior), apriete la cinta de manera que resulte cómoda sobre el músculo de la pantorrilla, ya que esto contribuirá a la suspensión de la ortesis (**Imagen 4**).
4. A continuación, apriete la cinta inferior de manera que resulte cómoda insertándola a través de la anilla en D.
5. Continúe por la cinta situada justo encima de la rodilla (cinta cruzada medio-superior), siguiendo por la cinta superior. Apriete ambas cintas de manera que le resulte cómodo.

NOTA: si aprieta excesivamente las dos cintas superiores puede provocar el desplazamiento de la ortesis.

ADVERTENCIA: si la ortesis provoca incomodidad o irritación, deje de utilizarla inmediatamente y póngase en contacto con un profesional sanitario.

MANTENIMIENTO DE LA ORTESIS

La ortesis CTi ha sido diseñada para que las tareas de limpieza y mantenimiento sean mínimas. Siga estos sencillos pasos para mantener la ortesis en buenas condiciones.

Limpieza

- Las fundas, las cintas y las almohadillas se pueden extraer para lavarlas.
- NO las lave a máquina
- NO las introduzca en una secadora
- Lávelas a mano usando un jabón suave sin detergente
- Aclare bien
- Deje secar al aire.

En caso de transferencia, limpie las fundas de silicona con alcohol o con un paño húmedo. Si se utiliza la ortesis en agua salada o con cloro, enjuáguela bien y déjela secar al aire.

Mantenimiento de la bisagra

- NO desmonte usted mismo la bisagra
- Compruebe regularmente que no haya materias extrañas en la bisagra (como suciedad o grasa)
- Limpie la suciedad de la bisagra usando agua o aire a presión
- En caso necesario, lubríquela con un pulverizador de silicona o grafito seco

ACCESORIOS

Se encuentran disponibles los siguientes accesorios para su ortesis CTi a un coste adicional. Para realizar un pedido, llame al departamento de atención al cliente de Össur.

- Copa rotuliana: protección para la rótula, en especial para practicar motocross, bicicleta de montaña o trabajos que precisen estar de rodillas.
- Kit de tope de flexión: pueden fijarse los topes entre 0° y 90°
- Revestimiento antitransferencia
- Kit PCL: sirve para actuar contra la subluxación posterior de la tibia
- Kit de motocross: incluye una copa rotuliana, protector de engranaje, bajomanguito y adhesivos

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE PCL

El kit PCL está diseñado para actuar contra la subluxación posterior de la tibia. La placa y la cinta ajustadas ejercen una fuerza posterior contra el muslo anterior, mientras que las cintas inferiores y la placa de la pantorrilla ejercen una fuerza anterior sobre la tibia. Para colocar el sistema PCL en la posición correcta en la pierna:

1. Coloque la ortesis según lo descrito anteriormente con la placa anterior de la pantorrilla y las cintas aflojadas.
2. Una el protector PCL a las cintas inferiores y céntralo sobre el músculo de la pantorrilla. Apriete las cintas de forma que el protector se ajuste de forma cómoda pero segura contra la parte posterior de la pierna.
3. Apriete la cinta anterior de la pantorrilla con la pierna completamente extendida, de modo que la placa y la almohadilla queden apretadas de manera que le resulte cómodo.

SISTEMA DE CABLE ACL (ANTERIOR CRUCIATE SUPPORT, SOPORTE CRUZADO ANTERIOR)

El sistema de cable ACL está diseñado para proporcionar soporte adicional a las rodillas con ACL deficiente/poco resistente.

1. Coloque la ortesis CTi según el procedimiento estándar. Se han de apretar las cuatro cintas, pero la cinta secundaria del cable debe quedar suelta.
2. Una vez que la ortesis se encuentra bien fija en su sitio, pase la cinta del cable por la hebilla más pequeña.
3. Apriete la cinta del cable hasta conseguir la presión deseada sobre su tibia.

REACONDICIONAMIENTO

Cada cierto tiempo, se ha de enviar su CTi Össur para su reacondicionamiento. La frecuencia de este reacondicionamiento dependerá de la frecuencia de uso de la ortesis y de las actividades realizadas con la misma. El proveedor de su ortesis le ayudará a determinar cuándo debe enviar su ortesis para su mantenimiento, pero se recomienda hacerlo una vez al año.

Como parte del proceso de reacondicionamiento, Össur comprobará que su ortesis no presente signos de desgaste, la pintará y la renovará con componentes nuevos, tales como remaches, hebillas, cintas y almohadillas. El proceso dura habitualmente entre tres y cinco días laborables. Póngase en contacto con el departamento local de atención al cliente antes de enviar la ortesis para su reacondicionamiento.

AJUSTES

Ensanchar o estrechar el ajuste en la articulación de la rodilla:

Se puede ajustar el ancho de la rodilla de la ortesis CTi. Para ensanchar o estrechar este ancho, se puede retirar la almohadilla de 6 mm (1/4") situada debajo de cada cubierta y sustituirla por almohadillas de menor espesor [3 mm ("1/8) ó 1,5 mm ("1/16)], o puede colocar una cuña detrás de la almohadilla de 6 mm (1/4") para conseguir un mejor ajuste. Se puede utilizar cualquier combinación de almohadillas que permita conseguir un ajuste más cómodo.

Ajuste en la herradura tibial:

Se pueden colocar almohadillas de cuña tibiales para rellenar cualquier hueco existente alrededor de la tibia (**Imagen 5**) y conseguir el ajuste deseado. Para añadir una almohadilla de cuña, tire de la funda de silicona y coloque la almohadilla apropiada (media o lateral) encima del corchete al que se encontraba fijada originalmente la funda de silicona (**Imagen 6**). Presione nuevamente la funda de silicona hasta que quede colocada sobre la almohadilla de cuña.

Coloque las almohadillas hasta que su ortesis CTi quede ajustada cómodamente contra la tibia (**Imagen 7**).

CAMBIO DE LOS TOPES DE EXTENSIÓN

Existen topes para diversos grados de control de la extensión.

1. Retire la cubierta y la almohadilla del área condilar.
2. Con ayuda de un pequeño destornillador con cabeza de estrella, retire el tornillo del centro de la placa de la bisagra (**Imagen 8**).
3. Localice el tope de extensión situado en la bisagra entre los brazos superior e inferior de la ortesis. Con la ortesis ligeramente doblada, empuje del tope de extensión desde la parte trasera de la ortesis hacia la parte delantera. Al hacerlo, el tope debería saltar de la bisagra (**Imagen 9**).
4. En la bolsa de topes de extensión incluida con la ortesis, elija el tope correspondiente al grado de extensión deseado. Introduzca el extremo con el orificio del tope a través de la bisagra desde la parte delantera hacia la parte posterior de la ortesis, con la parte curva mirando hacia abajo y el borde plano mirando hacia arriba.

Asegúrese de que los perfiles de extrusión afilados del extremo plano del tope de extensión apunten hacia la parte distal (mitad inferior) de la ortesis (**Imagen 9**). El extremo plano del tope debe resultar visible desde la parte delantera de la ortesis.

5. Alinee el orificio del centro de la placa de la bisagra con el orificio del tope de extensión. Coloque nuevamente el tornillo a través de la placa de la bisagra y del tope de extensión y apriételo. Vuelva a colocar la almohadilla y la cubierta. Este procedimiento debe realizarse tanto en las bisagras medias como en las laterales.
 6. Elija el tope de extensión adecuado (azul = 0°, negro = 0–10°, gris oscuro = 10–20°, gris medio = 20–30°, gris claro = 30–40°)*
- * Estos valores son aproximados. El tope de extensión real variará de una persona a otra dependiendo de las diferencias anatómicas. La elección del tope de extensión adecuado suele ser responsabilidad de un profesional sanitario.

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía cubre todos los defectos de materiales y mano de obra de su nueva ortesis de rodilla CTi. Esta garantía cubre la estructura de ortesis de fibra de carbono y las bisagras Accutrac™ durante toda la vida del paciente para el que se construyó originalmente la ortesis.

La garantía cubre todos los demás materiales, incluidas las cintas, fundas y almohadillas durante un plazo de seis meses desde la fecha de compra original.

Össur reparará o sustituirá (a su discreción) cualquier pieza defectuosa cubierta por esta garantía sin cargo alguno. No están cubiertas las reparaciones necesarias a causa de un accidente, negligencia, mal uso o maltrato por parte del comprador. Asimismo, esta garantía no cubre la reparación de daños emergentes y fortuitos. Es posible que estas limitaciones no sean aplicables, dado que algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos o emergentes. Sólo el comprador original tiene derecho a reclamar servicio técnico en virtud de esta garantía. Con la ortesis, se incluye una garantía de ajuste de un año.

Si desea obtener dicho servicio técnico en virtud de esta garantía, llame a nuestro departamento de atención al cliente.

ELENCO DEI COMPONENTI

1. Fibbia
2. Cinghia d'estremità superiore
3. Cinghia superiore incrociata
4. Cinghia inferiore incrociata
5. Cinghia d'estremità inferiore
6. Braccio laterale inferiore
7. Svasatura tibiale laterale
8. Cuscinetto della zona condilare

INDICAZIONI PER L'USO:

Instabilità del legamento crociato anteriore e del legamento crociato posteriore, lesione del legamento collaterale mediale e del legamento collaterale laterale.

Attività a basso, medio e alto contatto/impatto.

AVVISO

Questa ortesi del ginocchio è solo un'ortesi di sostegno il cui scopo non è quello di evitare lesioni al ginocchio. L'acquirente accetta le seguenti condizioni:

1. Össur declina qualsiasi responsabilità per le lesioni eventualmente verificatesi per l'uso di ortesi del ginocchio Össur.
2. Con l'uso di questo tipo di dispositivo è possibile che si manifestino vari tipi di irritazione della pelle, compresi infiammazioni e punti di pressione. Qualora, usando questo prodotto, riscontriate reazioni insolite, rivolgetevi immediatamente al vostro medico.
3. Per qualsiasi domanda sull'idoneità di questa ortesi in base alle condizioni specifiche del vostro ginocchio, consultate il vostro medico.

Nel caso in cui non accettiate le condizioni di cui sopra, rivolgetevi al fornitore della vostra ortesi prima di usare il prodotto.

APPLICAZIONE DELL'ORTESI

1. Slegare tutte le cinghie dal lato esterno dell'ortesi.
2. Con il ginocchio piegato a circa 90 gradi, collocare l'ortesi sul ginocchio, in modo tale che la rotula si trovi al centro fra i cuscinetti del condilo (**Fig. 2**).

NOTA: l'ortesi resta leggermente al di sopra della linea articolare, in modo da potersi collocare correttamente quando state in piedi (**Fig. 3**).

3. Cominciando dalla cinghia immediatamente sotto al ginocchio (cinghia incrociata inferiore), allacciarla, senza stringere troppo, al di sopra del muscolo del polpaccio, in modo da agevolare la sospensione dell'ortesi (**Fig. 4**).
4. Successivamente, allacciare senza stringere troppo la cinghia d'estremità inferiore facendola passare attraverso l'anello a D.
5. Continuare con la cinghia immediatamente sopra al ginocchio (cinghia incrociata superiore), seguita dalla cinghia d'estremità superiore. Allacciare entrambe le cinghie senza stringere troppo.

NOTA: se si stringono eccessivamente le due cinghie superiori l'ortesi può spostarsi.

AVVISO: se l'ortesi provoca disagio o irritazione, sospendete l'uso immediatamente e rivolgetevi al vostro medico.

MANUTENZIONE DELL'ORTESI

L'ortesi CTi è stata progettata per richiedere una manutenzione minima. Per mantenere l'ortesi in buone condizioni, è sufficiente seguire le semplici istruzioni di manutenzione riportate di seguito.

Pulizia

- Le imbottiture, le cinghie e i cuscinetti possono essere rimossi per la pulizia.
- NON lavare in lavatrice.
- NON asciugare con l'asciugatrice.
- Lavare a mano con un sapone neutro delicato.
- Risciacquare abbondantemente.
- Far asciugare all'aria.

In caso di contaminazione biologica, lavare le imbottiture di silicone con salviettine imbevute di alcol o con un panno umido.

Se l'ortesi è stata usata in acqua salata o con cloro, risciacquare accuratamente e far asciugare all'aria.

Manutenzione dell'ortesi

- NON smontare l'articolazione da soli
- Controllare regolarmente che non vi sia materiale estraneo nell'ortesi (per esempio, sporco o grasso).
- Rimuovere le tracce di sporco con acqua o aria compressa.
- All'occorrenza, lubrificare con spray al silicone o grafite secca.

ACCESSORI

Per la vostra ortesi CTi sono disponibili i seguenti accessori a un prezzo supplementare. Per ordinarli, contattate L'Ufficio Assistenza Clienti di Össur della vostra zona.

- Imbottitura per la rotula - Protezione per la rotula, specialmente per motocross, mountain bike o per lavori nei quali bisogna inginocchiarsi.
- Kit blocchi di flessione - I blocchi possono essere impostati da 0° a 90°
- Involucro di immobilizzazione
- Kit PCL - per neutralizzare la sublussazione posteriore della tibia
- Kit motocross – Comprende la protezione rotulea, protezione per il serbatoio, undersleeve ed etichette adesive.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI SOSTEGNO PCL

Il kit PCL è stato progettato per neutralizzare la sublussazione posteriore della tibia. La placca e la cinghia per la coscia applicano una forza posteriore verso la coscia anteriore, mentre le cinghie inferiori e la placca del polpaccio applicano una forza anteriore sulla tibia.

Per collocare il sistema PCL nella posizione corretta sulla gamba:

1. Applicare l'ortesi come descritto sopra, con la placca per coscia anteriore e le cinghie allentate.
2. Fissare un manicotto PCL alle cinghie inferiori e sistemarlo al centro, sopra il muscolo del polpaccio. Stringere le cinghie in modo tale che il manicotto aderisca comodamente senza stringere troppo la parte posteriore della gamba.
3. Stringere la cinghia per coscia anteriore con la gamba completamente distesa, in modo che la placca e il cuscinetto aderiscano comodamente.

SISTEMA ACL (SOSTEGNO LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE)

Il sistema ACL è stato progettato per fornire un sostegno supplementare al ginocchio con legamenti crociati anteriori insufficienti/lesionati.

1. Applicare la ginocchiera CTi seguendo il procedimento standard.

Allacciare i quattro strap principali mantenendo allentati gli strap secondari.

2. Una volta collocata saldamente la ginocchiera, far passare l'estremità della del sistema attraverso la fibbia più piccola.
3. Stringere l'estremità del sistema di ritenzione per creare la pressione desiderata sulla tibia.

REVISIONE

Di tanto in tanto, la vostra ortesi CTi deve essere inviata a Össur per essere revisionata. La frequenza dipende dall'usura dell'ortesi e dalle attività per le quali è usata. Chi vi ha fornito l'ortesi deve aiutarvi a determinare quando è necessario inviarla per una revisione, ma una volta all'anno è una buona approssimazione.

Durante il processo di revisione Össur controllerà che l'ortesi non presenti segni di usura, la rivernicerà e la rimonterà con tutti componenti nuovi, compresi rivetti, fibbie, cinghie e cuscinetti. Generalmente, l'ortesi viene restituita nell'arco di tre - cinque giorni lavorativi. Prima di inviare l'ortesi per la messa a nuovo, rivolgetevi all'Ufficio Assistenza Clienti di zona.

REGOLAZIONI FINALI

Allargare o stringere sull'articolazione del ginocchio:

L'ortesi CTi può essere regolata in base alla larghezza del ginocchio dell'utente. Per allargare o stringere l'ortesi a livello del ginocchio, si può estrarre l'imbottitura da 6 mm (1/4") che si trova sotto ogni elemento di copertura e sostituirla con cuscinetti più sottili [3 mm ("1/8) o 1,5 mm ("1/16)], oppure si può collocare uno spessore dietro al cuscinetto da 6 mm (1/4") per farlo aderire più comodamente. Per ottenere un'aderenza più confortevole si può utilizzare qualsiasi combinazione di cuscinetti.

Regolazione dell'aderenza del ferro di cavallo tibiale:

Per riempire eventuali vuoti intorno alla tibia si possono collocare dei cuscinetti tibiali (**Fig. 5**) e ottenere così l'aderenza desiderata.

Per aggiungere un cuscinetto, ritirare l'imbottitura di silicone e collocare il cuscinetto adeguato (mediale o laterale) in cima alla chiusura a gancio e anello alla quale era fissata originariamente l'imbottitura di silicone (**Fig. 6**). Premere quest'ultima per rimetterla a posto in cima al cuscinetto. Regolare il cuscinetto fino a che l'ortesi CTi non aderisce comodamente alla tibia (**Fig. 7**).

SOSTITUZIONE DEI BLOCCHI DI ESTENSIONE

Sono disponibili blocchi di estensione per variare il grado di controllo dell'estensione.

1. Rimuovere l'elemento di copertura e il cuscinetto dalla zona condilare.
2. Usando un cacciavite a lama, estrarre la vite che si trova al centro della placca dell'ortesi (**Fig. 8**).
3. Collocare il blocco di estensione dell'ortesi fra il braccio superiore e quello inferiore del dispositivo. Con l'ortesi leggermente piegata, spingere il blocco di estensione dalla parte posteriore del dispositivo fino alla parte anteriore. In questo modo il blocco dovrebbe fuoriuscire dall'ortesi (**Fig. 9**).
4. Dalla busta dei blocchi di estensione forniti con l'ortesi, scegliere il blocco che corrisponde al grado di estensione desiderato. Inserire l'estremità del foro del blocco nell'ortesi, dalla parte anteriore verso la parte posteriore, con il lato curvo rivolto verso il basso e il bordo piatto rivolto verso l'alto. Assicurarsi che le estremità appuntite sull'estremità piatta del blocco di estensione siano rivolte verso la porzione distale (metà inferiore) dell'ortesi (**Fig. 9**). L'estremità piatta del blocco deve essere visibile dalla parte anteriore dell'ortesi.

5. Allineare il foro al centro della placca dell'ortesi, in modo che si trovi nel blocco di estensione. Rimontare e stringere la vite che passa attraverso la placca dell'ortesi e il blocco di estensione. Rimettere il cuscinetto e l'elemento di copertura. Questo procedimento deve essere realizzato sia sull'articolazione mediale sia su quella laterale.
6. Scegliere il blocco di estensione adeguato (Blu = 0°, Nero = 0–10°, Grigio scuro = 10–20°, Grigio medio = 20–30°, Grigio chiaro = 30–40°)*

* Le cifre indicate sono approssimative. Il blocco di estensione reale varia da persona a persona a seconda delle differenze anatomiche. Generalmente, le corrette dimensioni del blocco di estensione vengono determinate dal medico curante.

GARANZIA LIMITATA

La presente garanzia copre tutti i difetti di materiale e costruzione della vostra nuova ginocchiera del ginocchio CTi. Copre inoltre la struttura rigida in fibra di carbonio e gli snodi Accutrac™ per tutta la vita del paziente per il quale la ginocchiera è stata originariamente creata e per sei mesi dalla data d'acquisto tutti gli altri materiali, compresi cinghie, guaine, imbottiture cuscinetti.

Össur riparerà o sostituirà (a sua discrezione) gratuitamente qualsiasi pezzo difettoso coperto da garanzia. Non sono coperte le riparazioni rese necessarie a seguito di infortuni, negligenza, cattivo uso o abuso da parte dell'acquirente. Inoltre, la presente garanzia non copre i danni consequenziali e fortuiti. Queste limitazioni possono non essere valide in quanto alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni fortuiti o consequenziali.

Solo l'acquirente originale ha il diritto di richiedere il suddetto servizio di riparazione. Con l'ortesi, inoltre, il cliente ha una garanzia di idoneità di un anno.

Per ottenere il servizio riparazione coperto dalla presente garanzia, contattare l'Ufficio Assistenza Clienti di zona.

LISTE OVER DELER

1. Spenne
2. Øvre lår rem
3. Nedre lår rem
4. Øvre legg rem
5. Nedre legg rem
6. Nedre laterale arm
7. Lateral tibial klaff
8. Kondylpute

BRUKSINDIKASJON:

Ustabilitet i anteriort korsbånd, ustabilitet i posteriort korsbånd, skade i medialt kollateralt ligament, skade i lateralt kollateralt ligament. Aktiviteter med lavt, middels og høyt kontakt-/støtnivå.

ADVARSEL

Denne kneortosen er kun en støtte. Den skal ikke forebygge eller gi garanti mot kneskade. Kjøperen godtar følgende:

1. Össur påtar seg intet ansvar for noen skade som kan oppstå under bruk av Össur-kneortoseprodukter.
2. Ved bruk av denne typen utstyr er det mulig å få forskjellige typer hudirritasjoner, inkludert utslett og trykkpunkter. Hvis du opplever uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, må du kontakte helsepersonalet ditt umiddelbart.
3. Hvis du har spørsmål om hvordan denne ortosen brukes ved din knelidelse, kontakter du ditt helsepersonale.
Hvis du ikke er enig i vilkårene ovenfor, må du kontakte leverandøren av ortosen før du bruker dette produktet.

SETTE PÅ ORTOSEN

1. Løsne alle remmer fra yttersiden av ortosen.
2. Hold kneet bøyd omtrent 90 grader, og sett ortosen over kneet, slik at kneskålen er midtstilt mellom kondylputene (**Illustrasjon 2**).
MERK: Da kommer leddet litt over leddlinjen, slik at ortosen kommer i riktig posisjon av seg selv når du står (**Illustrasjon 3**).
3. Begynn med remmen like under kneet (øvre legg rem), og fest den stramt over leggmuskelen. Dette gir ortosen bedre oppheng (**Illustrasjon 4**).
4. Deretter fester du den nedre legg remmen ved å stikke den gjennom D-ringen.
5. Fortsett med remmen like over kneet (nedre lår rem), etterfulgt av øvre lår rem. Stram begge remmene godt.
MERK: Hvis du strammer de to øvre remmene for mye, kan ortosen sige ned ved.

ADVARSEL: Hvis ortosen forårsaker ubehag eller irritasjon, slutter du å bruke den umiddelbart og kontakter helsepersonalet.

VEDLIKEHOLD AV ORTOSEN

CTi-ortosen er laget med tanke på minimalt vedlikehold og ettersyn. Følg disse enkle vedlikeholdstrinnene for å holde ortosen i god stand.

Rengjøring

- Føringer, remmer og puter kan fjernes for rengjøring.
- MÅ IKKE vaskes i vaskemaskin.
- MÅ IKKE tørkes i tørketrommel.
- Håndvaskes med mild såpe.

- Skyll godt.
- La lufttørke.

Om ortosen siger ned, rengjøres silikonfôringen med en spritserviett eller fuktig klut. Hvis ortosen er brukt i saltvann eller klorvann, må den skylles godt og få lufttørke.

Vedlikehold av ledd

- IKKE demonter ledd selv.
- Kontroller regelmessig for fremmedlegemer i ledd (f.eks. smuss eller gress).
- Fjern smuss fra ledd med vann eller trykkluft.
- Smør med silikonspray eller tørr grafitt om nødvendig.

TILBEHØR

Følgende tilbehør er tilgjengelig til CTi-ortosen for en ytterligere kostnad. Du kan bestille det fra Össurs kundeserviceavdeling.

- Kneskålkopp – Kneskålbeskyttelse, særlig til bruk ved motocross, off road-sykling eller arbeid der en kneler mye.
- Fleksjonsstoppsett – Stoppene kan stilles inn fra 0° - 90°.
- Overtrekk som motvirker siging
- PCL-sett – som motvirker posterior sublaksasjon av tibia.
- Motocross-sett – Omfatter kneskålkopp, utstyrsvern, underhylse og klistremerker

OPPSETT AV PCL-ORTOSESYSTEMET

PCL-settet skal motvirke posterior sublaksasjon av tibia. Lårplaten og remmen utøver posterior kraft mot anteriort lår, mens de nedre remmene og leggplaten utøver en anterior kraft på tibia. Slik plasseres PCL-systemet i riktig posisjon på benet:

1. Sett på ortosen som forklart tidligere, med anterior lårplate og remmene løst.
2. Fest PCL-mansjetten til de øvre leggmusklene, og midtstill over leggmuskelen. Stram remmene slik at mansjetten sitter komfortabelt, men tett mot baksiden av benet.
3. Stram anterior lårrem med benet strukket helt ut, slik at platen og puten sitter tett og komfortabelt.

ACL KABELSYSTEM (ANTERIOR KORSBÅNDORTOSE)

ACL kabelsystem skal gi ekstra ortose for knær med svake korsbånd/løse knær.

1. Sett på CTi-ortosen på vanlig måte. De fire remmene festes, men den sekundære kabelremmen skal fremdeles være løs.
2. Når ortosen sitter på plass, føres kabelremmen gjennom den minste spennen.
3. Stram kabelremmen på plass med ønsket mengde trykk mot tibia.

ETTERSYN

Av og til bør CTi-ortosen sendes inn til Össur for ettersyn. Hyppigheten er avhengig av hvor ofte ortosen brukes, og til hvilke aktiviteter. Ortoseleverandøren hjelper deg å vurdere når ortosen bør sendes inn for ettersyn, men én gang i året er en god tommelfingerregel.

Som en del av ettersynet kontrollerer Össur for tegn på slitasje, lakkterer overflaten på nytt og bygger den opp med nye deler, inkludert nagler, spenner, remmer og puter. Vanligvis tar dette tre til fem arbeidsdager. Kontakt lokal kundeserviceavdeling før du sender ortosen tilbake for ettersyn.

JUSTERE TILPASNINGEN

Utvide eller tilsmalne tilpasningen ved kneleddet:

CTi-ortosen kan justeres for individuell knebredde. Hvis du vil utvide eller tilsmalne bredden ved kneet, kan puten på 6 mm under hvert deksel fjernes og byttes ut med tynnere puter (3 mm eller 1,5 mm) eller du kan montere en skive bak puten på 6 mm, så den sitter tettere. Alle putekombinasjoner kan brukes for å oppnå en mer komfortabel tilpasning.

Justere tilpasningen ved den tibiale hesteko:

Tibiale kileputer kan monteres slik at de fyller ut hulrom rundt tibia (**Illustrasjon 5**) og oppnår ønsket tilpasning. Når du skal sette inn en kilepute, trekker du tilbake silikonfôringen og setter riktig kilepute (medial eller lateral) oppå borrelåsfestet der silikonfôringen opprinnelig var festet (**Illustrasjon 6**). Press silikonfôringen tilbake på plass oppå kileputen. Finjuster puten til CTi-ortosen sitter tett mot tibia (**Illustrasjon 7**).

BYTTE EKSTENSJONSSTOPPENE

Ekstensjonsstoppene er tilgjengelig for varierende grader av ekstensjonskontroll.

1. Fjern dekslet og puten fra kondylærområdet.
2. Bruk en kort, flat skrutrekker, og fjern skruen fra midten av den leddplaten (**Illustrasjon 8**).
3. Finn ekstensjonsstoppet i leddet, mellom øvre og nedre arm på ortosen. Hold ortosen litt bøyd, og skyv ekstensjonsstoppet fra baksiden av ortosen til forsiden. Da skal stoppet presse utav leddet. hengslen (**Illustrasjon 9**).
4. Fra posen med ekstensjonsstopp som følger med ortosen, velger du stoppet som tilsvarer ønsket ekstensjonsgrad. Før enden med hullet av stoppet gjennom leddet fra forsiden til baksiden på ortosen, med den kurvede siden ned og den flate siden opp. Pass på at den skarpe ekstrusjonen på den flate enden av ekstensjonsstoppet peker mot den distale delen (nedre halvdel) av ortosen (**Illustrasjon 10**). Den flate enden av stoppet skal være synlig fra forsiden av ortosen.
5. Juster hullene i midten av leddplaten etter hullet i ekstensjonsstoppet. Bytt og stram skruen gjennom leddplaten og ekstensjonsstoppet. Sett tilbake puten og dekslet. Denne fremgangsmåten må utføres for både mediale og laterale ledd.
6. Velg egnet ekstensjonsstopp (Blå = 0°, Svart = 0–10°, Mørkegrå = 10–20°, Mellomgrå = 20–30°, Lysegrå = 30–40°)*

* Disse tallene er omtrentlige. De faktiske ekstensjonsstoppene varierer fra person til person avhengig av anatomiske forskjeller. Egnede ekstensjonsstoppstørrelser bestemmes vanligvis av helsepersonalet.

BEGRENSET GARANTI

Denne garantien dekker alle defekter i materiale og arbeid for din nye CTi-kneortose. Denne garantien dekker den faste ortoserammen av karbonfiber og Accutrac™-leddene i levetiden til pasienten som ortosen opprinnelig ble bygget for. Garantien dekker alle andre materialer, inkludert remmer, hylser, fôringer og puter i seks måneder fra opprinnelig kjøpsdato.

Össur reparerer eller bytter (etter eget forgodtbefinnende) alle defekte deler som dekkes av garantien, uten ekstra kostnad. Reparasjoner som er nødvendig pga. uhell, mislighold, feil bruk eller misbruk av kjøper, dekkes ikke. Følgeskade og skader ved uhell dekkes heller ikke av garantien. Det er ikke sikkert at disse begrensningene gjelder i alle stater

dersom nasjonale lover ikke tillater utelukkelse eller begrensning av skade ved uhell eller følgeskade. Kun opprinnelig kjøper har rett til å kreve service i henhold til denne garantien. Du får ett års garanti på tilpasningen.

Kontakt vår kundeserviceavdeling for å avtale service i henhold til denne garantien.

LISTE OVER DELE

1. Spænde
2. Øverste rem
3. Øvre cruciate rem
4. Nedre cruciate rem
5. Nederste rem
6. Nedre lateral arm
7. Lateral tibial tragt
8. Condylus-pude

INDIKATIONER FOR BRUG:

Anterior cruciate ligament instabilitet, posterior cruciate ligament instabilitet, medial kollateral ligamentlæsion, lateral kollateral ligamentlæsion. Lav, medium og høj kontakt-/belastningsaktivitet.

ADVARSEL

Denne knæskinne er kun en støtteskinne og er ikke beregnet til og garanterer ikke hindring af knælæsion. Køber indvilliger i følgende:

1. Össur påtager sig ikke ansvar for en læsion, der kan forekomme under brug af Össur knæskinneprodukter.
2. Brugen af denne type anordning muliggør flere slags hudirritationer, bl.a. udslæt og trykpunkter. Hvis du oplever usædvanlige reaktioner i forbindelse med brugen af dette produkt, skal du omgående konsultere din læge.
3. Hvis du har spørgsmål til, hvordan denne knæskinne afhjælper din specifikke knætilstand, skal du konsultere din læge.
Hvis du ikke indvilliger i ovenstående betingelser, skal du kontakte din skinnelieferandør, før du tager produktet i brug.

PÅSÆTNING AF SKINNE

1. Frigør alle remme udvendigt på skinnen.
2. Med knæet bøjet ca. 90 grader placeres skinnen over knæet, således at patella er centreret mellem condylus-puderne (**Billede 2**).
BEMÆRK: Dette placerer hængslet lige over ledlinjen, så skinnen kan sidde korrekt, når du står (**Billede 3**).
3. Begynd med remmen lige under knæet (nederste cruciate rem), og spænd remmen, så den slutter tæt over lægmusklen, da dette vil hjælpe til at holde skinnen oppe (**Billede 4**).
4. Spænd dernæst den nederste rem, så den slutter tæt, ved at føre den ind gennem D-ringen.
5. Fortsæt med remmen lige over knæet (øvre cruciate rem) efterfulgt af den øverste rem. Spænd begge remme, så de slutter tæt.
BEMÆRK: Hvis de to øverste remme overstrammes, kan skinnen flytte sig.

ADVARSEL: Hvis skinnen forårsager ubehag eller irritation, skal du omgående holde op med at bruge den og kontakte din læge.

VEDLIGEHOLDELSE AF SKINNEN

CTi skinnen er fremstillet, så den kun kræver et minimum af vedligeholdelse og pleje. Følg disse enkle vedligeholdelsestrin for at holde skinnen i god stand.

Rengøring

- Indlæg, remme og puder kan tages af med henblik på vask.
- Må IKKE vaskes i maskine.
- Må IKKE tørres i tumbler.

- Skal vaskes i hånden med en mild sæbe.
- Skylles grundigt.
- Lufttørres.

Hvis der opstår migration, rengøres silikoneindlæggene med en alkoholserviet eller en fugtig klud.

Hvis skinnen anvendes i saltvand eller klorholdigt vand, skal den skylles grundigt og lufttørre.

Vedligeholdelse af hængsel

- Skil IKKE selv hængslet ad.
- Kontrollér regelmæssigt, om der er fremmedlegemer i hængslet (dvs. snavs eller græs).
- Fjern smuds fra hængslet med vand eller trykluft.
- Smør med silikonespray eller aftør grafit, hvis det er nødvendigt.

TILBEHØR

Følgende tilbehør kan leveres til CTi skinnen for et ekstra gebyr. Kan bestilles ved at ringe til Össurs kundeserviceafdeling.

- Kappe til knæskal - Beskyttelse af knæskal, især til motorcross, mountain biking eller arbejde, der kræver knæling.
- Fleksionsstopsæt - stop kan sættes fra 0°-90°
- Antimigrationsrem
- PCL sæt - for at modvirke posterior sublaksation af tibia
- Motorcrosssæt - Omfatter kappe til knæskal, gearskærme, undermanchet og mærkater

OPSÆTNING AF PCL STØTTESYSTEMET

PCL sættet er fremstillet til at modvirke posterior sublaksation af tibia. Lårpladen og remmen påfører et posteriort tryk mod det anteriore lår, mens de nederste remme og lægpladen påfører et anteriort tryk mod tibia. Placer PCL systemet korrekt på benet:

1. Anbring skinnen som tidligere beskrevet med den anteriore lårplade og remmene løse.
2. Fastgør PCL manchetten til de nederste remme og centrér den over lægmusklen. Spænd remmene, så manchetten sidder behageligt, men stramt mod bagsiden af benet.
3. Stram den anteriore lårrem med benet helt udstrakt, så pladen og puden slutter tæt på en behagelig måde.

ACL KABELSYSTEM (ANTERIOR CRUCIATE STØTTE)

ACL kabelsystemet er beregnet til at give yderligere støtte til ACL insufficient/løst knæ.

1. Påsæt CTi skinnen ifølge standardprocedure. De fire remme skal være spændte, men den sekundære kabelrem skal stadig være løs.
2. Når skinnen er forsvarligt på plads, føres kabelremmen gennem det mindre spænde.
3. Stram kabelremmen for at anbringe den ønskede trykmængde på tibia.

ISTANDSÆTTELSE

CTi skinnen skal lejlighedsvist sendes til Össur for at blive sat i stand. Hyppigheden af denne service vil afhænge af, hvor ofte skinnen slides og af hvilke aktiviteter. Skinnelieferandøren vil hjælpe dig med at afgøre, hvornår skinnen skal sendes til service, men en gang om året er en god tommelfingerregel.

Som en del af istandsættelsesprocessen vil Össur kontrollere skinnen for slitage, male den op og indsætte alle nye komponenter, bl.a nitter, spænder, remme og puder. Den sædvanlige leveringstid er tre til fem

arbejdsdage. Kontakt den lokale kundeserviceafdeling, før du sender skinnen til istandsættelse.

TILPASNINGER

Udvidelse eller stramning ved knæled:

CTi skinnen kan justeres til individuel knæbredde. For at udvide eller stramme bredden ved knæet kan 6 mm (1/4") puden, der sidder under hver afdækning, fjernes og erstattes med tyndere puder [3 mm ("1/8) eller 1,5 mm ("1/16)], eller du kan indsætte et mellemlæg bag 6 mm (1/4") puden for at gøre den mere tætsluttende. Alle pudekombinationer kan anvendes til at opnå en mere komfortabel pasform.

Justering af pasform ved den tibiale hestesko:

Der kan indsættes tibiale kilepuder til at udfylde eventuelle hulrum omkring tibia (**Billede 5**) og opnå den ønskede pasform. En kilepude indsættes ved at trække silikoneindlægget tilbage og anbringe den korrekte kilepude (medial eller lateral) oven på Velcro-remmen, som silikoneindlægget oprindeligt var fastgjort til (**Billede 6**). Tryk silikoneindlægget tilbage på plads oven på kilepuden. Finjustér puden, indtil CTi skinnen slutter tæt mod tibia (**Billede 7**).

SKIFT AF EKSTENSIONSSTOP

Der kan leveres ekstensionsstop til forskellige grader af ekstensionskontrol.

1. Fjern afdækningen og puden fra condylus-området.
2. Brug en kort Philips skruetrækker, og fjern skruen midt på hængselspladen (**Billede 8**).
3. Find ekstensionsstopet på hængslet mellem skinnens øvre og nedre arme. Med skinnen let bøjet skubbes ekstensionsstopet fra bagsiden af skinnen frem til forsiden. Dette skulle få stoppet til at springe frem fra hængslet (**Billede 9**).
4. Fra posen med ekstensionsstoppene, der følger med skinnen, vælges det stop, der svarer til den ønskede ekstensionsgrad. Før hele stoppenden gennem hængslet fra forsiden til bagsiden af skinnen med den buede side vendt nedad og den flade kant vendt opad. Kontrollér, at de skarpe ekstruderinger på den flade ende af ekstensionsstopet vender mod den distale del (nederste halvdel) på skinnen (**Billede 9**). Den flade ende af stoppet skal være synlig fra forsiden af skinnen.
5. Justér hullet midt i hængselspladen med hullet i ekstensionsstopet. Udskift og stram skruen gennem hængselspladen og ekstensionsstopet. Udskift puden og afdækningen. Denne procedure skal udføres på både de mediale og laterale hængsler.
6. Vælg det rette ekstensionsstop (blå = 0°, sort = 0–10°, mørkegrå = 10–20°, mellemgrå = 20–30°, lysegrå = 30–40°)*

* Disse tal er omtrentlige. De faktiske ekstensionsstop vil variere fra person til person afhængigt af anatomiske forskelle. Den rette størrelse ekstensionsstop bestemmes normalt af lægen.

BEGRÆNSET GARANTI

Denne garanti dækker alle defekter i materialer og forarbejdning på din nye CTi knæskinne. Denne garanti dækker den stive skinneramme af kulfiber og Accutrac™ hængslerne i levetiden for den patient, som skinnen oprindeligt blev fremstillet til. Garantien dækker alle andre materialer, herunder remme, manchetter, indlæg og puder i seks måneder fra datoen for det oprindelige køb.

Össur vil gratis reparere eller udskifte (efter eget skøn) alle defekte dele, der er dækket af garantien. Reparationer, der skyldes uheld, forsømmelse, forkert brug eller misbrug fra køberens side, er ikke

dækket. Desuden dækker denne garanti ikke følgemæssige eller utilsigtede beskadigelser. Det er ikke sikkert, at disse begrænsninger gælder, da nogle stater ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af utilsigtede eller følgemæssige beskadigelser. Kun den oprindelige køber er berettiget til at kræve service under denne garanti. Sammen med skinnen får du et års pasformsgaranti.

Ring til kundeserviceafdelingen for at få service under denne garanti.

DELARNAS NAMN

1. Spänne
2. Övre lårrem
3. Övre korsbandsrem
4. Nedre korsbandsrem
5. Nedre rem
6. Nedre sidoarm
7. Sidoskydd för skenbenet
8. Leddyna

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Instabilitet i främre korsbandet, instabilitet i det bakre korsbandet, skada på det mediala kollaterala ligamentet, skada på det kollaterala ligamentet. Aktiviteter med låg, medel eller hög kontakt/belastning.

VARNING

Detta knästöd ger endast stöd och är inte avsett att skydda mot skador och garanterar inte ett skydd mot skador. Köparen godkänner följande:

1. Össur ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma vid användandet av Össur knästödsprodukter.
2. Vid användandet av denna typ av utrustning kan olika typer av hudirritation, inklusive klåda och tryckpunkter, uppstå. Om du upplever oväntade reaktioner när denna produkt används kontakta sjukvårdspersonal omedelbart.
3. Kontakta din sjukvårdspersonal om du har några frågor om hur detta knästöd kan tillämpas på ditt specifika knäproblem. Om du inte godkänner ovanstående villkor kontakta din knästödsleverantör innan denna produkt används.

FASTSÄTTNING AV STÖDET

1. Lossa alla remmar på stödets utsida.
2. Böj knäet i 90 graders vinkel och placera stödet över knäet så att knäskålen är centrerad mellan leddynorna (**Bild 2**).
OBS! Detta placerar gångjärnet strax ovanför ledlinjen så att stödet kan passa in sig självt på rätt sätt när du står (**Bild 3**).
3. Börja med remmen precis under knäet (nedre korsbandsrem), spänn remmen tajt ovanför vadmuskeln då detta hjälper till med stödets upphängning (**Bild 4**).
4. Spänn sedan fast den nedre remmen tajt genom att föra in det i D-ringen.
5. Fortsätt sedan med remmen strax ovanför knäet (övre korsbandsrem) och därefter den övre lårremmen. Fäst båda remmarna så att de sitter tajt.
OBS! Om de två övre remmarna spänns för hårt kan detta orsaka att stödet glider.

VARNING: Sluta använda stödet och kontakta omedelbart sjukvårdspersonal om det ger obehag eller irriterar.

SKÖTSEL AV STÖDET

CTi-stödet är utformat för minimalt underhåll och skötsel. Följ dessa enkla underhållspunkter för att hålla stödet i gott skick.

Rengöring

- Stoppning, remmar och dynor kan tas bort för rengöring.
- Tvätta INTE i maskin
- Torka INTE i torktumlare

- Handtvätta med en mild tvål utan rengöringsmedel
- Skölj noggrant
- Lufttorka.

Om stödet glider ska fodren rengöras med en alkoholduk eller fuktig trasa. Om stödet används i saltvatten eller klorerat vatten ska man skölja det noggrant och lufttorka.

Skötsel av gångjärn

- Montera INTE isär gångjärnet själv
- Kontrollera regelbundet om det finns främmande material i gångjärnen, (t.ex. smuts eller gräs)
- Rengör gångjärnen från smuts med vatten eller tryckluft.
- Smörj med silikonspray eller torr grafit om det är nödvändigt

TILBEHÖR

Följande tillbehör finns tillgängliga för ditt CTi-stöd mot en tilläggskostnad. Beställ genom att kontakta Össur kundsupportavdelning.

- Knäskålsskydd, speciellt vid motorcross, mountain biking eller arbete som kräver att man står på knä.
- Böjningsstoppset - Stoppen kan ställas in på 0°–90°
- Antiglidlinda
- PCL-set - som motverkar vrickning av bakre skenbenet
- Motorcrosset - Innehåller ett knäskålsskydd, utrustningsskydd, understoppning och fästen

GÖRA I ORDNING PCL-STÖDSYSTEMET

PCL-set - har utformats för att motverka vrickning av bakre skenben. Lårplattan och remmen ger ett tryck bakåt mot främre delen av låret medan den nedre remmen och vadplattan ger ett tryck framåt på skenbenet. Så här placeras PCL-systemet i rätt läge på benet:

1. Applicera stödet enligt den tidigare beskrivningen med den främre vadplattan och remmen lösa.
2. Sätt på PCL-kudden på de nedre remmarna och centrera den över vadmuskeln. Spänn remmarna så att kudden lägger sig tajt och bekvämt längs benets baksida.
3. Spänn den främre spännremmen med benet helt utsträckt så att plattan och kudden ligger tajt och bekvämt.

ACL-KABELSYSTEM (FRÄMRE KORSBANDSSTÖD)

ACL-kabelsystemet är ämnat att ge ytterligare stöd åt det funktionshämmande/slappa ACLknäet.

1. Sätt fast CTi-stödet enligt standardproceduren. De fyra remmarna skall fästas men den sekundära kabelremmen skall fortfarande vara lös.
2. När stödet sitt på plats för kabelremmen genom den mindre spännnet.
3. Spänn kabelremmen så att önskat tryck på skenbenet Bildas.

RENOVERING

Då och då skall ditt Cti-stöd skickas till Össur för renovering. Hur ofta detta skall göras beror på hur ofta stödet används och i vilka aktiviteter det används. Din knästödsleverantör hjälper dig att bestämma när ditt stöd behöver skickas på service. En gång om året är dock en god tumregel.

Som en del i renoveringsprocessen kontrollerar Össur om det finns tecken på slitskador, mäter om det och byter ut delar mot nya, inklusive nitar, spännen, band och stoppning. Detta tar vanligtvis tre till fem

arbetsdagar. Kontakta den lokala kundtjänstavdelningen innan stödet skickas på renovering.

INPASSNINGJUSTERINGAR

Vidgning eller åtstramning vid knäleden:

CTi-stödet kan justeras in efter individuella knäbredder. För att vidga eller krympa ihop bredden vid knäet kan 6 mm-stopningen under varje skydd tas bort och ersättas med en tunnare stoppning [3 mm eller 1,5 mm] eller så kan man lägga in ett mellaninlägg bakom 6 mm-kudden så att den passar bekvämare. Vilken kombination som helst av kuddar kan användas för att få en bekvämare inpassning.

Inpassningsjustering av skenbenshästsken:

Kilkuddar för skenbenet kan läggas in i alla mellanrum runt skenbenet (**Bild 5**) så att man får en önskad inpassning. För att lägga in en kilkudde, drag tillbaka silikonmellanlägget och lägg in rätt kilkudde (mitt- eller sido-) ovanpå krokfästet med ögla som silikonmellanlägget ursprungligen satt fast vid (**Bild 6**). Tryck tillbaka silikonmellanlägget på plats ovanpå kilkudden. Finjustera stoppningen så att ditt CTi-stöd sitter tajt mot skenbenet (**Bild 7**).

BYTA STRÄCKNINGSTOPP

Sträckningsstopp finns tillgängliga för olika grader av sträckningskontroll.

1. Tag bort skyddet och kudden från ledområdet.
2. Använd en liten stjärnskruvmejsel, ta bort skruven i mitten på gångjärnsplattan (**Bild 8**).
3. Lokalisera sträckningsstoppet som sitter i gångjärnet mellan övre och nedre armarna på stödet. Böj stödet något och skjut sträckningsstoppet från stödets baksida mot framsidan. Stoppet bör nu skjutas ut ur gångjärnet (**Bild 9**).
4. Välj det stopp som motsvarar den önskade sträckningsvinkeln ur påsen med sträckningsstopp som följer med knästödet. Mata in den ände på stoppet - som har ett hål - genom gångjärnet från framsidan till baksidan på stödet med den böjda sidan vänd nedåt och den plana kanten uppåt. Se till att de vassa utstickande delarna på den plana änden av sträckningsstoppet pekar mot den distala delen (nedre halvan) av knästödet (**Bild 9**). Den plana änden av stoppet skall synas framifrån på stödet.
5. Passa in hålet i mitten av gångjärnet med hålet i sträckningsstoppet. Sätt tillbaka skruven och drag åt den genom gångjärnsplattan och sträckningsstoppet. Sätt tillbaka kudden och skyddet. Denna procedur måste utföras både på det mittersta och yttre gångjärnen.
6. Välj lämpligt sträckningsstopp (blå = 0°, svart = 0–10°, mörkgrå = 10–20°, mellangrå = 20–30°, ljusgrå = 30–40°)*

* Dessa tal är ungefärliga. Aktuellt sträckningsstopp varierar från person till person beroende på anatomiska olikheter. Lämplig sträckningsstoppstorlek bestäms vanligtvis av sjukvårdspersonal.

BEGRÄNSAD GARANTI

Denna garant täcker alla material- och tillverkningsfel på ditt nya CTi-knästöd. Denna garanti omfattar stödets styva kolfiberram och Accutrac™-gångjärnen under livstiden för den patient som stödet ursprungligen var utformat för. Garantin gäller sex månader för allt annat material inklusive remmar, foder, stoppning och kuddar från det ursprungliga inköpsdatumet.

Össur reparerar eller byter ut (enligt eget godtycke) alla defekta delar som täcks av garantin utan kostnad. Reparationer som blir nödvändiga på grund av olycka, försumlighet, felanvändning och missbruk av kunden täcks inte. Indirekta och oförutsedda skador täcks inte av denna

garanti. Dessa begränsningar kanske inte alltid gäller efter som vissa länder inte tillåter undantag eller begränsningar av indirekta och oförutsedda skador. Endast den ursprungliga köparen är berättigad till service under denna garanti. Med knästödet följer ett års passformsgaranti.

För att få service utförd under denna garanti kontakta vår kundserviceavdelning.

OSAT

1. Solki
2. Ylin hihna
3. Ylempi ristikiinnityshihna
4. Alempi ristikiinnityshihna
5. Alin hihna
6. Alempi lateraalinen uloke
7. Lateraalinen tibiakaari
8. Kondyylipehmuste

KÄYTTÖAIHEET:

Eturistisiteen väljyys, takaristisiteen väljyys, mediaalisen kollateraaliligamentin vamma, lateraalisen kollateraaliligamentin vamma.

Matalan, keskinkertaisen ja korkean kontakti-/kuormitustason aktiviteetit.

VAROITUS

Tämä polviortoosi on pelkkä tuki eikä sen ole tarkoitus, eikä sen voida taata estävän polvivammojen syntymistä. Ostaja hyväksyy seuraavat ehdot:

1. Össur ei ole vastuussa mistään mahdollisista Össur-polviortoosituotteiden käytön yhteydessä syntyvistä vammoista.
2. Tämäntyyppisen välineen käyttö saattaa ärsyttää ihoa ja aiheuttaa muun muassa ihottumaa tai painaumuksia. Jos havaitset epätavallisia reaktioita tuotteen käytön aikana, ota välittömästi yhteys hoitoalan ammattilaiseen.
3. Jos sinulla on kysyttävää kuinka tämä ortoosi sopii juuri sinun polvellesi, ota yhteys hoitoalan ammattilaiseen.
Jos et hyväksy edellä mainittuja ehtoja, ota yhteys ortoosin myyjään ennen tuotteen käyttöä.

ORTOOSIN PUKEMINEN

1. Avaa kaikki hihnat ortoosin ulkosyrjältä.
2. Taivuta polvi noin 90 asteen kulmaan ja aseta ortoosi polven ympärille niin, että patella on keskitettynä kondyylipehmusteiden väliin (kuva 2).

HUOMAUTUS: Tällöin ortoosinivel asettuu hieman polvinivelen yläpuolelle, mikä auttaa ortoosia asettumaan oikealle paikalleen seisovassa asennossa (kuva 3).

3. Kiinnitä ensimmäisenä polven alapuolella oleva hihna (alempi ristikiinnityshihna) tukevasti pohjelihaksen yläpuolelle, jolloin se auttaa ortoosia pysymään paikallaan (kuva 4).
4. Kiinnitä seuraavaksi alin hihna pujottamalla se D-renkaan läpi.
5. Kiinnitä sitten polven yläpuolella ensimmäisenä oleva hihna (ylempi ristikiinnityshihna) ja sen jälkeen ylin hihna. Kiinnitä molemmat hihnat tiukasti.

HUOMAUTUS: Jos näitä hihnoja kiristetään liikaa, ortoosi saattaa siirtyä pois paikaltaan.

VAROITUS: Jos ortoosi tuntuu epämukavalta tai ärsyttää ihoa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys hoitoalan ammattilaiseen.

ORTOOSIN HUOLTO

CTi-ortoosin suunnittelussa on pyritty siihen, että ortoosin huollontarve olisi vähäinen. Noudattamalla seuraavia helppoja huolto-ohjeita pidät ortoosin hyvässä kunnossa.

Puhdistus

- Vuoret, hihnat ja pehmusteet voidaan irrottaa puhdistusta varten.
- Ei kestä konepesua.
- Ei kestä rumpukuivausta.
- Pese käsin miedolla, lisäaineettomalla saippualla.
- Huuhtelee huolellisesti.
- Ilmakuivaa.

Jos ortoosi pyrkii valumaan paikoiltaan, puhdista silikonivuori alkoholiin tai veteen kostutetulla liinalla. Jos ortoosia käytetään suolavedessä tai klooratussa vedessä, huuhtelee se hyvin käytön jälkeen ja anna ilmakuivua.

Ortoosinivelen huolto

- ÄLÄ pura ortoosiniveltä itse.
- Tarkasta säännöllisesti, ettei ortoosiniveleen ole joutunut vieraita esineitä (esim. likaa tai ruohoa).
- Puhdista lika ortoosinivelestä vedellä tai paineilmalla.
- Voitele tarvittaessa silikon- tai kuivagrafiittisuihkeella.

LISÄVARUSTEET

CTi-ortoosiin on saatavissa lisämaksusta seuraavat lisävarusteet. Voit tilata lisävarusteita soittamalla Össurin asiakaspalveluun.

- Polvikuppi – polvinivelen suojus erityisesti moottoripyöräilyyn, maastopyöräilyyn ja polvistumista vaativiin toimiin
- Koukistuksenrajoitinsarja – rajoittimet koukistuskulmiin 0°–90°
- Liukeste
- PCL-sarja – estää tibian posteriorisen subluksaation
- Motorcross-sarja – sisältää patellakupin, naarmusuojukset, suojasukan ja tarroja.

PCL-TUKIJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN

PCL-sarja on tarkoitettu tibian posteriorisen subluksaation estämiseen. Reisilevy ja -hihna kohdistavat posteriorisen voiman reiden etupuolelle, kun taas alemmat hihnat ja pohjelevy kohdistavat anteriorisen voiman tibiaan. Näin asetat PCL-järjestelmän oikeaan asentoon:

1. Pue ortoosi edellä annettuja ohjeita noudattaen, mutta jätä anteriorinen reisilevy ja hihnat löysälle.
2. Kiinnitä PCL-mansetti alempiin hihnoin ja kohdista se keskelle pohjelihasta. Kiristä hihnat niin, että mansetti tuntuu mukavalta, mutta on tukevasti kiinni jalan takana.
3. Pidä jalka täysin ojennettuna ja kiristä anteriorista reisihihna niin, että levy ja pehmuste ovat tukevasti paikallaan, mutta tuntuvat mukavilta.

ACL-KAAPELIJÄRJESTELMÄ (ETURISTISITEEN TUKI)

ACL-kaapelijärjestelmä on tarkoitettu antamaan lisätukea ACL:n löysyyden / polven laksiteetin tapauksessa.

1. Pue CTi-ortoosi normaaliin tapaan. Kiinnitä ortoosin neljä hihnaa, mutta jätä sekundaarinen kaapelihihna löysäksi.
2. Kun ortoosi on tukevasti paikallaan, pujota kaapelihihna pienemmän soljen läpi.
3. Kiristä kaapelihihnaa niin, että tibiaan kohdistuu sopivasti painetta.

HUOLTO

CTi-ortoosi on lähetettävä säännöllisesti Össuriin huoltoa varten. Huoltoväli määräytyy ortoosin käyttöiheyden ja -tarkoituksen mukaan. Ortoosin toimittaja voi auttaa huoltovälin määrittämisessä, mutta nyrkisääntönä voidaan pitää huoltoa kerran vuodessa. Huollon yhteydessä Össur tarkastaa näkyvät ortoosissa kulumisen

merkkejä, maalaa ortoosin uudelleen sekä vaihtaa siihen uudet lukitusnastat, soljet, hihnat ja pehmusteet. Huolto kestää tavallisesti kolmesta viiteen työpäivää. Ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun ennen ortoosin lähettämistä huoltoon.

SÄÄDÖT

Leventäminen tai kaventaminen polvinivelen kohdalta:

CTi-ortoosi voidaan säätää potilaan polven leveyteen sopivaksi. Ortoosia voidaan leventää polven kohdalta vaihtamalla molempien suojien alla olevat 6 mm:n pehmusteet ohuempiin pehmusteisiin (3 mm tai 1,5 mm) tai kaventaa asettamalla 6 mm:n pehmusteiden taakse kiila. Näitä pehmusteita eri tavoin yhdistelemällä ortoosi voidaan säätää mahdollisimman mukavaksi.

Ortoosin säätäminen tibiaalisen hevosenkengän kohdalta:

Jos ortoosi on säären kohdalta irrallaan jalasta (kuva 5), istuvuutta voidaan parantaa asettamalla aukkokohtaan kiilapehmuste. Kun haluat asettaa ortoosiin kiilan, vedä silikonivuoria irti rungosta ja aseta oikea kiila (mediaalinen tai lateraalinen) kiinni tarranauhaan, joka pitää silikonivuorta paikallaan (kuva 6). Paina silikonivuori takaisin paikalleen kiilapehmusteen päälle. Hienosäädä pehmustetta, kunnes CTi-ortoosi istuu saumattomasti tibiaan (kuva 7).

OJENNUKSENRAJOITTIMIEN VAIHTAMINEN

Ojennuksenrajoittimia on saatavana eriasteiseen ojennuksen hallintaan.

1. Poista suojus ja pehmuste kondylaarialueelta.
2. Irrota ortoosinivelen suojalaatan keskellä oleva ruuvi käyttämällä lyhyttä Phillips-ruuvitalttaa (kuva 8).
3. Paikanna nivelessä ylä- ja alakiskon välissä sijaitseva ojennuksenrajoitin. Taivuta ortoosia hieman ja työnnä ojennuksenrajoitin ortoosin takapuolelta etupuolelle. Rajoittimen tulisi näin työntyä ulos ortoosinivelestä (kuva 9).
4. Valitse ortoosin mukana toimitetuista ojennuksenrajoittimista haluamaasi ojennuskulmaa vastaava rajoitin. Työnnä rajoittimen reiällinen pää ortoosinivelen läpi etupuolelta takapuolelle kaarevan sivun osoittaessa alaspäin ja litteän sivun ylöspäin. Varmista, että ojennuksenrajoittimen litteän pään terävät ulokkeet osoittavat ortoosin distaaliseen osaan (alaosaan) (kuva 9). Rajoittimen tasaisen pään pitäisi näkyä ortoosin etupuolella.
5. Aseta ortoosinivelen suojalaatassa oleva reikä ojennuksenrajoittimessa olevan reiän kohdalle. Työnnä ruuvi takaisin paikalleen ortoosinivelen suojalaatan ja ojennuksenrajoittimen läpi ja kiristä se. Aseta pehmusteet ja suojus paikoilleen. Vaihda rajoitin ortoosinivelen mediaaliselle sekä lateraaliselle puolelle.
6. Valitse sopiva ojennuksenrajoitin (sininen = 0°, musta = 0–10°, tummanharmaa = 10–20°, keskiharmaa = 20–30°, vaaleanharmaa = 30–40°)*

* Nämä luvut ovat likimääräisiä. Todellinen ojennuskulma vaihtelee eri henkilöillä johtuen anatomisista eroista. Tavallisesti hoitoalan ammattilainen määrittelee sopivan ojennuksen rajoituksen kulman.

RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu kattaa uuden CTi-ortoosin kaikki materiaali- ja valmistusvirheet. Ortoosin jäykälle hiilikuiturungolle sekä Accutrac™-saranoille myönnetään elinikäinen takuu (sen potilaan elinikä, jolle ortoosi on alunperin valmistettu). Kaikkien muiden materiaalien osalta, mukaan lukien hihnat, sleeveet, vuoret ja pehmusteet, takuu on voimassa 6 kuukautta alkuperäisestä ostopäivästä lukien.

Össur korjaa tai korvaa (oman valintansa mukaan) maksutta viallisen

osan, joka kuuluu takuun piiriin. Takuu ei kata onnettomuudesta, ostajan huolimattomuudesta tai väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvia vikoja. Tämä takuu ei kata myöskään välillisiä tai satunnaisia vahinkoja. Nämä rajoitukset eivät välttämättä ole voimassa, sillä jotkut valtiot eivät salli satunnaisten ja välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista. Vain alkuperäinen ostaja on oikeutettu tässä takuussa myönnettyyn huoltoon.

Ortoosille myönnetään vuoden sopivuustakuu.

Jos haluat lähettää ortoosin takuuhuoltoon, ota yhteys asiakaspalveluun.

ONDERDELENLIJST

1. Gesp
2. Bovenste band
3. Hogere gekruiste band
4. Lagere gekruiste band
5. Onderste band
6. Lagere laterale arm
7. Laterale tibiale welving
8. Condylusvulstuk

GEBRUIKSAANWIJZING:

Instabiele voorste kruisbanden, instabiele achterste kruisbanden, letsel aan de mediale collaterale band, letsel aan de laterale collaterale band. Activiteiten met een zwak, medium of zwaar contact/impact.

WAARSCHUWING

Deze kniebrace is slechts een ondersteunende brace die niet bedoeld is om knieletsel te voorkomen, en dit evenmin waarborgt. De koper stemt in met het volgende:

1. Össur neemt geen verantwoordelijkheid voor verwondingen die zou kunnen optreden tijdens het gebruik van Össur-kniebraceproducten.
2. Het gebruik van dergelijke apparaten kan gepaard gaan met diverse vormen van huidirritatie, zoals huiduitslag en drukpunten. Als u tijdens het gebruik van dit product ongewone reacties ondervindt, raadpleegt u onmiddellijk uw gezondheidszorgverlener.
3. Raadpleeg uw gezondheidszorgverlener voor alle mogelijke vragen over hoe deze kniesteun op uw specifieke knie kan worden toegepast. Als u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, neemt u contact op met uw braceleverancier voordat u dit product gaat gebruiken.

GEBRUIK VAN DE BRACE

1. Maak alle banden aan de buitenzijde van de brace los.
2. Plaats de brace, met de knie ongeveer 90 graden gebogen, over uw knie zodat de patella mooi tussen de condylumvulstukken ligt (Fig. 2).

OPMERKING: op die manier ligt het scharnier boven de gewrichtslijn zodat de brace goed zit wanneer u rechtop staat (Fig. 3).

3. Bevestig de band goed boven de kuitspier, vanaf de riem net onder de knie (de lagere gekruiste band). Dit helpt de brace ondersteunen (Fig. 4).
4. Maak de onderste band vervolgens stevig vast door deze door de D-vormige ring te voeren.
5. Ga door met de band net boven de knie (hogere gekruiste band) en vervolgens met de bovenste band. Snoer de beide banden goed vast.

OPMERKING: als de twee bovenste banden te sterk worden aangehaald kan de brace zich verplaatsen.

WAARSCHUWING: het gebruik onmiddellijk staken en contact opnemen met uw gezondheidszorgverlener als de brace ongemak of irritatie veroorzaakt.

ONDERHOUD VAN DE BRACE

De CTi-brace vergt een minimum aan onderhoud en verzorging. De volgende eenvoudige onderhoudshandelingen volstaan om de brace in goede vorm te houden.

Reinigen

- Voeringen, banden en bandvulstukken mogen voor reiniging worden verwijderd.
- NIET in de wasmachine wassen.
- NIET in de droger drogen.
- Met de hand wassen met een niet-agressieve zeep zonder wasmiddelen.
- Grondig spoelen.
- Aan de lucht laten drogen.

In geval van verschuiving, de voeringen met een alcoholdoekje of een vochtig doekje reinigen. Als de brace in zout water of chloorwater is gebruikt, de brace grondig spoelen en aan de lucht laten drogen.

Onderhoud van het scharnier:

- Het scharnier niet zelf demonteren.
- Regelmatig nakijken op de aanwezigheid van verontreinigingen, zoals vuil of gras.
- Vuil met kraanwater of perslucht uit het scharnier verwijderen.
- Met siliconenspray of droog grafiet smeren indien nodig.

ACCESSOIRES

De volgende accessoires zijn voor uw CTi-brace tegen vergoeding verkrijgbaar. Bel de klantenservice van Össur voor bestellingen.

- Patellacup - knieschijfbescherming, speciaal om te motorcrossen, mountainbiken of knielend werk te verrichten.
- Flexiestopkit - stops kunnen van 0°–90° worden ingesteld.
- Antiverschuivingswikkel.
- PCL-kit - om achterwaartse subluxatie van de tibia tegen te gaan.
- Motorcrosskit, inclusief knieschijfbescherming, materiaalbescherming, onderkous en stickers.

PLAATSING VAN HET PCL-STEUNSYSTEEM

De PCL-kit is ontworpen om achterwaartse subluxatie van de tibia tegen te gaan. De dijplaat en band oefenen een achterwaartse druk uit tegen de voorste dij, terwijl de lagere banden en de kuitplaat een voorwaartse druk uitoefenen op de tibia. Plaats het PCL-systeem als volgt in de juiste stand op het been:

1. De brace opstellen als hierboven beschreven met losse voorste dijplaat en banden.
2. Bevestig de PCL-boord aan de lagere banden en plaats deze midden over de kuitspier. Snoer de banden aan zodat de voering comfortabel maar stevig achteraan op het been zit.
3. Trek de voorste dijband met het been volledig uitgestrekt aan zodat de plaat en het vulstuk comfortabel vastzitten.

ACL-KABELSYSTEEM (ONDERSTEUNING VAN DE VOORSTE KRUISBANDEN)

Het ACL-kabelsysteem is bedoeld om extra steun te verlenen aan knieën met zwakke/defecte voorste kruisbanden.

1. De CTi-brace plaatsen volgens de standaardprocedure. De vier banden moeten worden vastgemaakt, maar de secundaire kabelband moet los blijven.
2. De kabelband door de kleinere gesp voeren zodra de brace stevig op haar plaats zit.
3. Trek de kabelriem zo dat de gewenste druk op uw tibia wordt uitgeoefend.

OPKNAPBEURT

Van tijd tot tijd moet uw CTi naar Össur worden verzonden voor een opknapbeurt. Hoe vaak dit nodig is, hangt af van hoe dikwijls en bij welke activiteiten de brace wordt gedragen. Uw braceleverancier zal u helpen bepalen wanneer de brace voor een servicebeurt moet worden opgestuurd, maar in het algemeen volstaat één keer per jaar.

De renovatieprocedure houdt ook in dat Össur uw brace controleert op tekenen van slijtage, ze opnieuw overschildert en weer samenstelt met alle nieuwe componenten, inclusief klinknagels, gespen, banden en vulstukken. Dit neemt gewoonlijk drie tot vijf werkdagen in beslag. Neem contact op met uw plaatselijke klantenservice voordat u de brace terugstuurt voor een opknapbeurt.

DE BRACE AANPASSEN

De brace verbreden of versmallen aan het kniegewricht:

De CTi-brace kan aan de individuele kniebreedte worden aangepast. Om de brace aan de knie te verbreden of te versmallen, kunnen de vulstukken van 6 mm (1/4 ") onder de bedekkingen worden verwijderd en vervangen door dünnere vulstukken [van 3 mm ("1/8) of 1,5 mm („1/16)] of u kunt een wig achter het vulstuk van 6 mm (1/4") installeren om het beter te laten passen. Met andere combinaties van vulstukken kan het ook meer comfortabel passen.

AANPASSEN AAN HET TIBIALE HOEFIJZER:

Tibiale wigvulstukken kunnen worden geïnstalleerd om hiaten rond de tibia op te vullen (**Fig. 5**) en de gewenste pasvorm te krijgen. Om een wigvulstuk bij te plaatsen, trekt u de siliconenvoering naar achteren en plaatst u het gepaste wigvulstuk (mediaal of lateraal) bovenop de haaklusbevestiging waaraan de siliconenvoering oorspronkelijk was bevestigd (**Fig. 6**). Druk de siliconenvoering terug op zijn plaats boven het wigvulstuk. De vulling verder aanpassen tot uw CTi-brace goed op de tibia past (**Fig. 7**).

EXTENSIESTOPS VERANDEREN

Extensiestops zijn verkrijgbaar voor controle over diverse extensiematen.

1. Verwijder de bedekking en de vulstukken uit de condyluszone.
 2. Verwijder de schroef in het midden van de scharnierplaat (**Fig. 8**) met een korte kruisschroevendraaier.
 3. Bepaal waar de extensiestop zich bevindt in het scharnier tussen de hogere en lagere armen van de brace. Druk de extensiestop, met de brace lichtjes gebogen, vanaf de achterzijde van de brace door naar de voorzijde. Daardoor zou de stop uit de scharnier moeten springen (**Fig. 9**).
 4. Kies uit de bijgeleverde zak met extensiestops de stop die overeenkomt met de gewenste extensie maat. Voer het open uiteinde van de stop door het scharnier vanaf de voorzijde naar de achterzijde van de brace en met de gebogen zijde naar onder en de vlakke rand naar boven. Zorg dat de scherpe uitsteeksels op het vlakke uiteinde van de extensiestops naar het distale deel (onderste helft) van de brace zijn gericht (**Fig. 9**). Het vlakke uiteinde van de stop moet zichtbaar zijn vanaf de voorzijde van de brace.
 5. Richt het gaatje in het midden van de scharnierplaat op het gaatje in de extensiestop. Plaats de schroef terug door de scharnierplaat en de extensiestop, en draai ze aan. Plaats het vulstuk en de bedekking terug. Deze procedure moet op de middelste en op de zijscharnieren worden uitgevoerd.
 6. Kies de passende extensiestop (blauw = 0°, zwart = 0–10°, donkergrijs = 10–20°, middelgrijs = 20–30°, lichtgrijs = 30–40°)*
- * Getallen bij benadering. De eigenlijke extensiestop kan variëren naargelang individuele anatomische verschillen. De passende

extensiestopmaat wordt normaliter bepaald door de gezondheidszorgverlener.

BEPERKTE GARANTIE

Deze garantie dekt alle defecten in materiaal en uitvoering van uw nieuwe CTi-kniebrace. Deze garantie dekt het stijve, uit koolstofvezel gemaakte braceframe en de Accutrac™- scharnieren gedurende de hele levensduur van de klant waarvoor de brace is gemaakt. De garantie dekt alle andere materialen, inclusief banden, kousen, voeringen en vulstukken voor een termijn van zes maanden vanaf de datum van aankoop.

Össur herstelt of vervangt (naar eigen inzicht) gratis elk foutief onderdeel dat onder deze garantie valt. Herstellingen die het gevolg zijn van ongevallen, achteloosheid, foutief gebruik of wangebruik door de koper worden niet gedekt. Incidentele of gevolgschade kunnen evenmin worden vergoed onder deze garantie. Deze beperkingen zijn in bepaalde gevallen niet van toepassing aangezien sommige landen of staten de uitsluiting of beperking voor incidentele of gevolgschade niet toelaten. Alleen de oorspronkelijke koper kan aanspraak maken op service onder deze garantie. De brace wordt geleverd met een pasgarantie van één jaar.

Bel de klantenservice voor services onder deze garantie.

LISTA DOS COMPONENTES

1. Fivela
2. Fita da parte de cima
3. Fita cruzada superior
4. Fita cruzada inferior
5. Fita da parte de baixo
6. Braço lateral inferior
7. Alargamento tibial lateral
8. Almofada condilar

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Instabilidade do ligamento cruzado anterior, instabilidade do ligamento cruzado posterior, lesão do ligamento colateral medial, lesão do ligamento colateral lateral.

Actividades de contacto/impacto baixo, médio e alto.

AVISO

Este aparelho para o joelho destina-se apenas a servir de apoio e não se destina à, nem garante a, prevenção de lesões no joelho. O comprador concorda com o seguinte:

1. A Össur não se responsabiliza por qualquer lesão que possa ocorrer aquando da utilização de aparelhos para o joelho da Össur.
2. Com a utilização deste tipo de dispositivo, é possível que surjam vários tipos de irritação cutânea, incluindo exantemas cutâneos e pontos de pressão. Caso apresente quaisquer reacções invulgares durante a utilização deste produto, consulte imediatamente o profissional de saúde.
3. Se tiver dúvidas em relação a como este aparelho para o joelho se aplica ao seu caso específico, consulte o profissional de saúde. Se não concordar com as condições acima mencionadas, contacte o fornecedor do aparelho antes de utilizar este produto.

APLICAÇÃO DO APARELHO

1. Desaperte todas as fitas da parte exterior do aparelho.
2. Com o joelho dobrado num ângulo de cerca de 90 graus, coloque o aparelho sobre o joelho de forma à rótula ficar centrada entre as almofadas do côndilo (**Fig. 2**).

NOTA: Este procedimento coloca a articulação do aparelho ligeiramente acima da linha da articulação do joelho, de forma a que o aparelho se adapte correctamente quando se põe em pé (**Fig. 3**).

3. Começando pela fita imediatamente a seguir ao joelho (fita cruzada inferior), aperte a fita de forma a ficar bem ajustada por cima do músculo da barriga da perna, contribuindo desta forma para a suspensão do aparelho (**Fig. 4**).
4. Em seguida, aperte a fita da parte de baixo até ficar bem ajustada, inserindo-a na argola em D.
5. Prossiga para a fita imediatamente acima do joelho (fita cruzada superior), seguida pela fita da parte de cima. Aperte ambas as fitas de forma a ficarem bem ajustadas.

NOTA: Um aperto excessivo das duas tiras pode resultar numa migração do aparelho.

AVISO: Se o aparelho provocar desconforto ou irritação, interrompa imediatamente a sua utilização e contacte o profissional de saúde.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

O aparelho CTi foi concebido de forma a requerer o mínimo de manutenção e assistência. Siga estes passos de manutenção simples para manter o aparelho em boas condições.

Limpeza

- Os revestimentos, as fitas e as almofadas podem ser retirados para fins de limpeza.
- NÃO lave na máquina
- NÃO coloque na máquina de secar
- Lave à mão utilizando um sabão suave não detergente
- Enxagúe completamente
- Seque ao ar

Em caso de migração, limpe os revestimentos de silicone com uma compressa com álcool ou pano húmido.

Se o aparelho for utilizado em água salgada ou com cloro, lave bem e deixe secar ao ar.

Manutenção da articulação

- NÃO tente desmontar a articulação
- Verifique, regularmente, a existência de materiais estranhos na articulação, por exemplo, sujidade ou ervas
- Limpe a sujidade da articulação com água ou ar comprimido
- Lubrifique com spray de silicone ou utilize grafite como lubrificante seco, se necessário

ACESSÓRIOS

Os acessórios que se seguem estão disponíveis para o aparelho CTi com um custo adicional. Para encomendar contacte o Departamento de Assistência ao Cliente da Össur.

- Estrutura arredondada para a rótula- Protecção de cobertura para o joelho, especialmente para motocrosse, ciclismo de montanha ou actividades que exijam uma posição ajoelhada.
- Kit de batentes de flexão - Os batentes podem ser definidos com um ângulo entre 0°-90°
- Cobertura anti-migração
- Kit LCP - para neutralizar a subluxação posterior da tibia
- Kit de motocrosse - Inclui a estrutura arredondada para a rótula, protectores de engrenagem, manga interior e autocolantes

PREPARAR O SISTEMA DE APOIO LCP

O kit LCP destina-se a neutralizar uma subluxação posterior da tibia. A placa da coxa, juntamente com a fita, aplicam uma força posterior contra a região anterior da coxa, enquanto as fitas inferiores e a placa da barriga da perna aplicam uma força anterior na tibia. Para colocar o sistema LCP na posição correcta na perna:

1. Aplique o aparelho conforme descrito anteriormente, com a placa da coxa anterior e as fitas soltas.
2. Coloque a braçadeira LCP nas fitas inferiores e centre por cima do músculo da barriga da perna. Aperte as fitas, de modo a que a braçadeira assente, confortavelmente, mas de forma bem ajustada na parte de trás da perna.
3. Aperte a fita da coxa anterior com a perna completamente estendida para que a placa e a almofada fiquem confortavelmente justas à perna.

SISTEMA DO CABO LCA (APOIO CRUZADO ANTERIOR)

O Sistema do cabo LCA destina-se a conceder um apoio adicional ao

joelho com deficiência de LCA /sem firmeza.

1. Aplique o aparelho CTi de acordo com o procedimento padrão. As quatro tiras devem ser apertadas, mas a tira do cabo secundária deve continuar solta.
2. Quando o aparelho estiver colocado com firmeza, passe a fita do cabo pela fivela mais pequena.
3. Aperte a fita do cabo para aplicar a quantidade de pressão pretendida na tibia.

APERFEIÇOAMENTO

Deverá enviar, regularmente, o seu CTi para a Össur para fins de aperfeiçoamento. A frequência desta acção irá depender do grau de utilização do aparelho e também das actividades em que o mesmo é utilizado. O fornecedor do seu aparelho deverá ajudá-lo a determinar a altura em que o seu aparelho tem que ser enviado para ser alvo de assistência técnica, embora a frequência recomendada seja uma vez por ano.

Como parte do processo de aperfeiçoamento, a Össur irá verificar o seu aparelho quanto à existência de sinais de desgaste, irá voltar a pintá-lo e reconstruí-lo com todos os componentes novos, incluindo rebites, fivelas, fitas e almofadas. Normalmente, todo este processo demora cerca de três a cinco dias úteis até ficar concluído.

Contacte o Departamento de Assistência ao Cliente local antes de enviar o aparelho para ser alvo de aperfeiçoamento.

AJUSTES DE APLICAÇÃO

Alargar ou encurtar a articulação do joelho:

O aparelho CTi pode ser ajustado de acordo com a largura individual do joelho. Para alargar ou encurtar a largura na região do joelho, a almofada de 6 mm (1/4") localizada por baixo de cada cobertura pode ser retirada e substituída por almofadas mais finas [3 mm ("1/8) ou 1,5 mm ("1/16)] ou é possível colocar um calço por trás da almofada de 6 mm (1/4") para o aparelho ficar devidamente ajustado. É possível utilizar qualquer combinação de almofadas de modo a se obter uma aplicação mais confortável.

Ajuste da aplicação na ferradura tibial:

Podem ser instaladas as almofadas na cunha tibial para preencher quaisquer folgas à volta da tibia (**Fig. 5**) e obter a aplicação pretendida. Para adicionar uma almofada de cunha, puxe o revestimento de silicone para trás e coloque a almofada de cunha adequada (medial ou lateral) na parte superior do fixador de gancho e laço ao qual o revestimento de silicone estava originalmente preso (**Fig. 6**). Pressione o revestimento de silicone colocando novamente no lugar, por cima da almofada de cunha. Ajuste as almofadas até que o CTi fique aplicado de forma justa contra a tibia (**Fig. 7**).

MUDAR OS BATENTES DE EXTENSÃO

Estão disponíveis batentes de extensão que permitem um controlo de extensão a vários níveis.

1. Retire a cobertura e almofada da área condilar.
2. Utilizando uma chave de fendas Philips de cabeça curta, retire o parafuso no centro da placa da articulação (**Fig. 8**).
3. Localize o batente de extensão posicionado na articulação entre os braços superior e inferior do aparelho. Com o aparelho ligeiramente dobrado, empurre o batente de extensão desde a parte de trás do aparelho até à parte da frente. Esta acção deverá fazer com que o batente sobressaia da articulação (**Fig. 9**).
4. No saco de batentes de extensão incluído com o aparelho, escolha o batente que corresponde ao grau de extensão pretendido. Aplique

a extremidade do orifício do batente na articulação, começando pela parte da frente até à parte de trás do aparelho, com o lado curvo virado para baixo e a extremidade plana virada para cima. Certifique-se de que as extrusões afiadas na extremidade plana do batente de extensão apontam na direcção da parte distal (metade inferior) do aparelho (**Fig. 9**). A extremidade plana do batente deverá ficar visível da parte da frente do aparelho.

5. Alinhe o orifício no centro da placa da articulação com o orifício no batente de extensão. Coloque novamente o parafuso e aperte-o através da placa da articulação e do batente de extensão. Volte a colocar a almofada e a cobertura. Este procedimento tem de ser realizado tanto na articulação medial como lateral.
6. Escolha o batente de extensão apropriado (Azul = 0°, Preto = 0–10°, Cinzento escuro = 10–20°, Cinzento médio = 20–30°, Cinzento claro = 30–40°)*

* Estes números são aproximados. O batente de extensão a aplicar de facto irá variar de pessoa para pessoa, consoante as diferenças anatómicas. O tamanho apropriado do batente de extensão é, normalmente, determinado pelo profissional de saúde.

GARANTIA LIMITADA

Esta garantia cobre todos os defeitos de material e de fabrico do seu novo aparelho para o joelho CTi. Esta garantia cobre a estrutura rígida de fibra de carbono do aparelho e as articulações Accutrac™ pelo período de vida do paciente para o qual o aparelho foi originalmente fabricado. A garantia cobre todos os demais materiais, incluindo tiras, mangas, revestimentos e almofadas por um período de seis meses a partir da data de compra original.

A Össur irá proceder à reparação ou substituição (ficando ao seu critério) de qualquer peça com defeito ao abrigo da garantia sem qualquer custo adicional. As reparações necessárias resultantes de um acidente, negligência, utilização indevida ou abusiva por parte do comprador não estão cobertas pela garantia. Esta garantia não cobre também quaisquer danos consequentes ou acidentais. Estas limitações poderão não se aplicar, uma vez que determinados estados não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes. Apenas o comprador original tem direito a reivindicar a assistência técnica ao abrigo desta garantia. O aparelho dispõe de uma garantia de um ano de aplicação.

Para solicitar a assistência técnica ao abrigo desta garantia contacte o nosso Departamento de Assistência ao Cliente.

日本語

部品リスト

1. バックル
2. 最上部ストラップ
3. 上部十字ストラップ
4. 下部十字ストラップ
5. 最下部ストラップ
6. 下部外側アーム
7. 外側脛骨フレア
8. 顆部パッド

使用適応:

前十字靭帯の不安定性、後十字靭帯の不安定性、内側側副靭帯損傷
外側側副靭帯損傷。
軽度、中程度、高度の接触/衝撃を伴う活動。

警告

この膝装具は支持することのみを目的としており、膝の怪我を防止することを目的としたり、保証したりするものではありません。購入者は以下の内容に同意するものとします。

1. Össurは、Össurの膝装具製品の使用中に生じる可能性のある如何なる怪我に対する責任も負わないものとします。
2. この種類の装具を使用することで、発疹や圧点を含む様々な種類の皮膚炎を起こす可能性があります。本製品の使用中に異常な反応がある場合、医療機関にすぐに相談してください。
3. この膝装具がご自身特有の膝の症状にどのように適用するかに関して質問がございましたら、医療機関にお問い合わせください。上記条件に同意しない場合、本製品を使用する前に装具提供者にご相談ください。

装具の着用

1. 装具の外側からすべてのストラップを外します。
2. 膝を約 90 度に曲げた状態で、膝蓋骨が顆部パッド間の中央にくるように、膝の上に装具を位置させます (図 2)。
注: こうすることで、ヒンジが関節線よりわずかに上に位置し、立った際に装具が自ら正しい位置にくるようになります (図 3)。
3. 膝のすぐ下のストラップ (下部十字ストラップ) から始め、装具のサスペンションの補助をするように、ふくらはぎの筋肉の上でぴったりとストラップを締め付けます (図 4)。
4. 次に、最下部ストラップを D リングに通して挿入することで、ぴったりと締めます。
5. 膝のすぐ上のストラップ (上部十字ストラップ) を締めた後、最上部ストラップを締めます。両方のストラップをぴったりと締め付けます。
注: 上部の 2 本のストラップを締めすぎると、装具がずれる可能性があります。

警告: 装具により不快や炎症が生じる場合、すぐに使用を中止し、医療機関にお問い合わせください。

装具のメンテナンス

CTi 装具は、メンテナンスとお手入れが最低限になるように設計されています。ご使用の装具を良い状態に保つには、以下の簡単なメンテナンス方法に従ってください。

お手入れ

- ライナー、ストラップ、およびパッドは、お手入れのために取り外せます。
- 洗濯機で洗わないでください。
- 乾燥機を使用しないでください。

- ・ 刺激の弱い非合成洗剤で手洗いしてください。
- ・ よくすすいでください。
- ・ 自然乾燥させてください。

色移りした場合は、アルコールで拭き取るか、湿った布でシリコン製ライナーをきれいにしてください。装具を塩水や塩素の入った水の中で使用した場合、よくすすいで自然乾燥させてください。

ヒンジのメンテナンス

- ・ 自分でヒンジを分解しないでください。
- ・ ヒンジに異物(ほこり、草など)が付着していないか定期的に確認してください。
- ・ 水か圧縮空気で、ヒンジから異物を除去してください。
- ・ 必要に応じて、シリコンスプレーまたは乾燥黒鉛で潤滑してください。

付属品

以下の付属品は、追加料金でご使用の CTi 装具に利用できます。ご注文文は、Össur カスタマーサービスまでお電話ください。

- ・ 膝蓋骨カップ - 膝当て保護、特にモトクロス、マウンテンバイク、膝をつくことを必要とする作業用。
- ・ 屈曲ストップキット - ストップを 0 ~ 90° に設定できます。
- ・ ずれ防止用ラップ
- ・ PCL キット - 脛骨の後方不全脱臼を防止するため
- ・ モトクロスキット - 膝蓋骨カップ、ギアガード、アンダースリーブ、ステッカーが含まれます。

PCL サポートシステムのセットアップ

PCL キットは、脛骨の後部不全脱臼を防止するように設計されています。下部ストラップとふくらはぎ用プレートが脛骨に対して前方への力をかける一方で、大腿部プレートとストラップは、大腿前部に対して後方への力をかけます。PCL システムを足の正しい位置に取り付けるには、以下のようにします。

1. 前述のように前部大腿プレートとストラップをゆるくした状態で、装具を付けます。
2. PCL カフを下部ストラップに取り付け、ふくらはぎの筋肉の上で中心に合わせます。カフが心地良くも脚の後ろとぴったりと合うようにストラップを締め付けます。
3. プレートとパッドが心地良くぴったりと合うように、脚を完全に伸ばした状態で前部大腿ストラップを締め付けます。

ACL ケーブルシステム (前十字サポート)

ACL ケーブルシステムは、ACL の障害/緩い膝に補助的なサポートを行うことを目的としています。

1. 標準手順に従って CTi 装具を装着します。4 本のストラップを締め付ける必要がありますが、補助的なケーブルストラップはまだ緩めておく必要があります。
2. 装具をしっかりと所定の位置に取り付けられたら、小さい方のバックルにケーブルストラップを通します。
3. ケーブルストラップを締め付け、脛骨に必要な圧力を加えます。

修理点検

時々、ご使用の CTi を修理点検のために Össur へお送りください。この頻度は、装具の装着頻度と活動内容によって異なります。ご使用の装具の提供者が、いつ装具を点検のために送る必要があるかを定めるお手伝いをする必要がありますが、年に一度が大体の目安です。修理点検の一部として、Össur はご使用の装具に摩耗の兆候がないか確認し、再塗装し、リベット、バックル、ストラップ、パッドなどを含むすべての新しい部品で再組立します。通常の所要時間は 3 ~ 5 営業日です。修理点検のために装具を送り返す前に、最寄りのカスタマーサービスにお問い合わせください。

適合調整

膝関節部分での幅の調整

個々の膝の幅に合わせて、CTi 装具を調整できます。膝の幅を拡張または縮小するには、各カバー下にある 6 mm パッドを取り外して、薄いパッド (3 mm または 1.5 mm) に交換するか、6 mm パッドの裏にシムを取り付けて、さらにぴったりと合うようにできます。パッドを任意の組み合わせで使用して、さらに心地良く適合させることができます。

脛骨 U 字部分での適合調整:

脛骨 楔形パッドを取り付けて、脛骨の周囲の隙間を埋めて(図5)、望ましい適合を得ることができます。楔形パッドを追加するには、シリコンライナーを引き戻し、シリコンライナーがもともと固定されていた面ファスナーの上に適切な 楔形パッド (内側または外側) を取り付けます(図 6)。シリコンライナーを 楔形パッド上の場所に押し戻します。ご使用の CTi 装具が脛骨にぴったりと合うまで、パッドを微調整します(図 7)。

伸展ストップの変更

伸展制御の程度を変更するために、伸展ストップを使用できます。

1. 顆部部位からカバーとパッドを取り外します。
 2. 短い Philips ヘッドスクリュードライバーを使用して、ヒンジプレートの中央のネジを外します (図 8)。
 3. 装具の上下アームの間でヒンジに取り付けられた伸展ストップを探します。装具をわずかに曲げた状態で、装具の後ろから前に伸展ストップを押します。これにより、ストップがヒンジの外に飛び出るはず(図 9)。
 4. 装具に付属の伸展ストップの袋から、必要な伸展角度に相当するストップを選択します。曲線状の側を下に向け、平らな面を上に向けて、装具の前から後にヒンジを通してストップの穴の末端を入れます。伸展ストップの平らな末端の尖っている突出部が装具の遠位部(下半分)に向いているかを確認します (図 9)。ストップの平らな末端は装具の前から見えるはず(図 9)。
 5. ヒンジプレートの中心の穴を伸展ストップの穴に合わせます。ヒンジプレートと伸展ストップを通してネジを元に戻し、締め付けます。パッドとカバーを元に戻します。この手順は、内側と外側ヒンジの両方で完了する必要があります。
 6. 適切なストップを選択します (青色 = 0°、黒色 = 0 ~ 10°、暗い灰色 = 10 ~ 20°、中程度の灰色 = 20 ~ 30°、明るい灰色 = 30 ~ 40°)*
- * これらはおおよその数字です。実際の伸展ストップは、体型的な違いにより、人によって変わります。適切な伸展ストップサイズは通常、医療機関によって決定されます。

限定保証

本保証は、ご使用の新品の CTi 膝装具の材質および仕上りのすべての不具合を保証します。本保証は、カーボンフレームおよび Accutrac™ ヒンジを、装具が最初に作られた患者の生涯にわたり保証します。本保証は、ストラップ、スリーブ、ライナー、パッドを含むすべての他の材質を最初の購入日から 6ヶ月間保証します。

Ossur は、保証で賄われるいずれの不具合部品も無償で修理または交換 (オプションとして) します。購入者による事故、不注意、誤用、不正使用によって生じる修理は保証されません。また、間接的および二次的な損傷は本保証の下で復元できません。一部の州では二次的または間接的損傷の除外または制限を認めていないため、これらの制限が適用されないことがあります。元々の購入者だけが、本保証の下のサービスを要求する資格があります。装具には 1 年間の適合保証が付いています。

本保証の下のサービスを受けるには、カスタマーサービスにお電話ください。

EN – Caution: This product has been designed and tested based on single patient usage and is not recommended for multiple patient use. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

DE – Zur Beachtung: Dieses Produkt ist für die Anwendung bei ein und demselben Patienten vorgesehen und geprüft. Der Einsatz für mehrere Patienten wird nicht empfohlen. Wenn beim Tragen dieses Produkts Probleme auftreten, sofort den Arzt verständigen.

FR – Attention: Ce produit a été conçu et testé pour être utilisé par un patient unique et n'est pas préconisé pour être utilisé par plusieurs patients. En cas de problème lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES – Atención: Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.

IT – Avvertenza: Questo prodotto è stato progettato e collaudato per essere utilizzato per un singolo paziente e se ne sconsiglia l'impiego per più pazienti. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

DA – Forsigtig: Dette produkt er beregnet og afprøvet til at blive brugt af én patient. Det frarådes at bruge produktet til flere patienter. Kontakt din fysioterapeut eller læge, hvis der opstår problemer i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV – Var försiktig: Produkten har utformats och testats baserat på användning av en en-skild patient och rekommenderas inte för användning av flera patienter. Om det skulle uppstå problem vid användning av produkten ska du omedelbart kontakta din läkare.

NL – Opgelet: Dit product is ontworpen en getest voor eenmalig gebruik. Hergebruik van dit product wordt afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische zorgverlener.

PT – Atenção: Este produto foi concebido e testado com base na utilização num único doente e não está recomendado para utilização em múltiplos doentes. Caso ocorra algum problema com a utilização deste produto, entre imediatamente em contacto com o seu profissional de saúde.

日本語 – 注意：本品は患者1人のみの使用を想定して設計ならびに試験されています。複数の患者に使い回ししないようにしてください。本品の使用に伴って問題が発生したときは、直ちにかかりつけの医師や医療従事者に連絡してください。

Össur Americas

27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610
USA

Tel: +1 (949) 382 3883

Tel: +1 800 233 6263

Fax: +1 800 831 3160

ossurusa@ossur.com

Össur Canada

120-11231 Dyke Road
Richmond, BC
V7A OA1, Canada

Tel: +1 604 241 8152

Fax: +1 604 241 8153

Össur Europe

Ekkersrijt 4106-4114

P.O. Box 120

5690 AC Son en Breugel

The Netherlands

Tel: +800 3539 3668

Tel: +31 499 462840

Fax: +31 499 462841

info-europe@ossur.com

Össur Europe BV

Kundenservice Deutschland

Augustinusstrasse 11A

50226 Frechen

Deutschland

Tel: +49 (0) 2234 6039 102

Fax: +49 (0) 2234 6039 101

info-deutschland@ossur.com

Össur Nordic

P.O. Box 67

751 03 Uppsala, Sweden

Tel: +46 1818 2200

Fax: +46 1818 2218

info@ossur.com

Össur UK

Building 3000

Manchester Business Park

Aviator Way

Manchester M22 5TG, UK

Tel: +44 161 490 8500

Fax: +44 161 490 8501

ossuruk@ossur.com

Össur Iberia S.A.

Parque Europolis

Calle Edimburgo n°14

28232 Las Rozas (Madrid) Spain

Tel: +34 91 636 06 93

Fax: +34 91 637 21 43

ortesica@ossur.com

Össur Asia

上海虹梅路1801号W16B 棟2楼

邮政编号: 200233

电话: +86 21 6127 1700

传真: +86 21 6127 1799

asia@ossur.com

Össur Asia-Pacific

26 Ross Street

North Parramatta

Sydney NSW

2152 Australia

Tel: +61 2 88382800

Fax: +61 2 96305310

info-asiapacific@ossur.com

Össur Head Office

Grjóthals 5

110 Reykjavík Iceland

Tel: +354 515 1300

Fax: +354 515 1366

mail@ossur.com

www.ossur.com

